

تاریخ: ۱۴۰۳/۱۲/۰۷

شماره: ۲۴۰۳۱۱۲۴

پیوست: ندارد



فن آوری آزمایشگاهی

با مسئولیت محدود

بیمارستان مدنی - تبریز

ریاست محترم ،

موضوع: تعمیر و سرویس دستگاه ست شوی کمپانی Getinge ،

احتراماً ،

بازگشت به موافقت آن مرکز درمانی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ طی برگ خدمات شماره ۲۱۷۸۶۵ جهت سرویس دو دستگاه ستشوی و دستگاه خشک کن به آن مرکز درمانی محترم مراجعه گردید. به مدت دو روز اقدامات بررسی و تعمیر بر روی دستگاهها صورت پذیرفت لیکن با توجه به خراب شدن بردهای دستگاهها و عدم رفع خرابی آنها علیرغم تعمیر چند باره ، در نهایت بردها غیرقابل تعمیر تشخیص داده شدند. به دلیل قدمت بسیار بالای دستگاهها و از رده خارج بودن آنها، برد دستگاهها نیز توسط کمپانی سازنده تامین نمی گردد و امکان تعمیر آنها وجود ندارد. لذا هردو دستگاه از رده سرویس خارج و از این تاریخ امکان سرویس دهی به دستگاههای مذکور وجود ندارد.

مراتب جهت اطلاع و اقدام مقتضی تقدیم حضور می گردد.

اقدام کننده:

شیرین ملک الله

با احترام

شرکت فن آوری آزمایشگاهی
نریمان اجاللی - مدیر فنی
امین روستاپور