ACTA DE FISCALIZACIÓN — CENTRO FICTICIO BAHÍA SERENA

Documento ficticio para pruebas.

Página 1

Identificación

Fiscalización de rutina realizada el 2 de octubre de 2026 por un equipo ficticio de la autoridad sanitaria.

Esterilización

La validación anual del autoclave se encuentra vencida desde 2024; durante la fiscalización no se presentó un certificado de validación vigente.

Residuos especiales

Los residuos especiales se almacenan en una bodega compartida con insumos de aseo, sin señalización y sin acceso restringido.

Página 2

Primeros auxilios

El botiquín de primeros auxilios contiene 4 unidades de gasa estéril, además de vendas y antiséptico.

Cierre

Se otorgan 30 días para presentar descargos. El acta se firma en dos ejemplares.