



音速測定ノギス 実験結果

2026/10/07

前腕




- 大体の同じぐらいの位置で測定(感覚)



- 油性マーカーで計測位置を決め、同じ地点を測定


位置を固定することで計測値が安定

ふくらはぎ



- 油性マーカーで計測位置を決め、同じ地点を測定

挟む強さ



挟む強さによって測定できる音速が変化する
→できるだけ一定の強さで押さえつけて測定する

挟む力が小さすぎるとセンサ面が皮膚に完全に接触せず、正しい測定ができないので適切な強さで挟んで測定する

真鍮塊

