

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN | CALIBRATION CERTIFICATE

Số tem (No.): V260724-001

Tên đối tượng (Object): Khúc xạ kế đo độ ngọt (Refractometer)

Kiểu (Type): PAL-1

Số (Serial No.): B041186B66A6BAC542

Nơi sản xuất (Manufacturer): ATAGO

Đặc trưng kỹ thuật (Technical Specification): Khoảng đo (Range): $(0 \div 53) \%$

Độ phân giải (Resolution): 0,1 %

Cơ sở sử dụng (Customer): CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Địa chỉ (Address): Lô CN10-28, KCN Vân Trung, Phường Nénh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Phương pháp thực hiện (Method of calibration): MECAL 100

Chuẩn được sử dụng (Standards used):

Chuẩn (Master)	Kiểu (Model)	Số seri (Serial No.)	Nhà sản xuất (Manufacturer)	Ngày hiệu chuẩn kế tiếp (Cal. Due date)	Liên kết chuẩn (Traceability)
Dung dịch chuẩn (Density meter)	HI4020-11	1809	HANNA	31-Jan-2027	HANNA

Địa điểm thực hiện (Location of calibration): PTN Mecal (Mecal's Lab)

Điều kiện môi trường (Environmental Conditions):

Nhiệt độ (Temperature): $(22 \div 24) ^\circ\text{C}$

Độ ẩm (Humidity): $(55 \div 60) \% \text{RH}$

Kết quả (Results): Xem trang sau (See next page)

Ngày hiệu chuẩn (Calibration date):

24-Jul-2026

Ngày hiệu chuẩn khuyến nghị (Recalibration recommended):

24-Jul-2027

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2026

(Date of issue)

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

(Head of the laboratory)



Trần Tuấn Dũng

GIÁM ĐỐC

(Director)



Nguyễn Đình Lâm

(Calibration results)

Kèm theo giấy chứng nhận số (Attached to certificate No.): V260724-001

(%)

STT (No)	Chuẩn (Reference)	Thiết bị (DUT)	Sai số (Error)	Độ KĐBĐ (Uncertainty)
1	50,0	50,1	0,1	0,06

Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính toán ở độ tin cậy là 95% và hệ số phủ $k=2$.

(The expanded uncertainty is calculated with confidence level at 95% and coverage factor $k = 2$.)

- Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.
- Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện đo nhóm 2

