

GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN

(Calibration Certificate)
Số GCN (No) : V260724-002

Tên phương tiện đo (Object) : Cân điện tử (Electronic Scale)

Kiểu (Type) : GS-3202N **Số (Serial No) :** GF202501200

Nơi sản xuất (Manufacturer) : China

Đặc tính kỹ thuật (Technical specification) : **Phạm vi đo (Range) :** Max 3200 g
Độ phân giải (Resolution) : 0.01 g

Cơ sở sử dụng (Customer) : CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

Địa chỉ (Address) : Lô CN10-28, KCN Vân Trung, Phường Nénh, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Phương pháp thực hiện (Method of calibration) : MT-PP04:2023

Địa điểm thực hiện (Location of calibration) : Phòng thí nghiệm (Lab room)

Điều kiện môi trường (Environmental conditions) :

Nhiệt độ (Temperature) Bắt đầu (Begin) : 22°C **Độ ẩm (Humidity) : Bắt đầu (Begin) :** 55% RH
Kết thúc (End) : 22°C **Kết thúc (End) : 55% RH**

Chuẩn được sử dụng (Standards used) :

Chuẩn (Master)	Kiểu (Model)	Số seri (Serial)	Nhà sản xuất (Manufacturer)	Ngày hiệu chuẩn kế tiếp (Cal.Due date)	Liên kết chuẩn (Traceability)
Bộ quả cân	F1	1619578	Thịnh Phát	31/08/2026	TTĐL
Bộ quả cân	E2	158820	METTLER TOLEDO	31/08/2026	TTĐL

Kết quả (Results) : Xem trang sau (See the next page)

Số tem hiệu chuẩn (Cert no.) : V260724-002

Ngày hiệu chuẩn (Date of cal) : 24/07/2026

Ngày khuyến nghị hiệu chuẩn tiếp theo : 24/07/2027

(Recalibration recommended) :

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2026

Người hiệu chuẩn
(Calibrator)

PHẠM VĂN TOÀN
GIÁM ĐỐC
(Director)

LEE MU SEOK

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN

(Calibration result)

Số GCN (No) : V260724-002




Sai số thiết bị (Instrumental error)

1. Độ lặp lại (Tại mức cân 2000 gam) - Repeatability (At weighing level 2000 gam) (gam)

#1	#2	#3	#4	#5	#6
2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00

2. Độ lệch tâm (Tại mức cân 2000 gam) - Eccentricity (At weight 2000 gam)

Vị trí (Location)	Chỉ thị trên cân Lecci (Lecci scale indicator)
0	2000.00
1	2000.00
2	2000.00
3	2000.00
4	2000.00



3. Độ đúng (Accuracy) (gam)

STT	Mức tải chuẩn (Load - Reference)	Giá trị đo (DUT)	Số hiệu chỉnh (Correction)	ĐKĐBĐ U (kg)
1	100	100.00	0.00	0.00072
2	200	200.00	0.00	0.00072
3	500	500.00	0.00	0.00072
4	1000	1000.00	0.00	0.00072
5	2000	2000.00	0.00	0.00072
6	3000	3000.00	0.00	0.00072

Độ không đảm bảo đo mở rộng U được tính toán ở độ tin cậy là 95% và hệ số phủ k = 2

(The expanded uncertainty U is calculated with confidence level at 95% and coverage factor k = 2.)

Người thực hiện: **PHẠM VĂN TOÀN**

(Calibrated by)

Ghi chú:

* Phương tiện đo này không được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác.

* Phương tiện đo này không được sử dụng trực tiếp để kiểm định phương tiện nhóm 2.