

内部校准表Bảng hiệu chuẩn nội bộ					
内校时间Ngày hiệu chuẩn nội bộ	2026/2/10				
品名Tên dụng cụ	滴定管Buret, 50ml				
型号Mã dụng cụ	LR-M-06				
实际温度Nhiệt độ thực tế/°C	22.8				
该温度下的系数Hệ số tỉ trọng	0.9975881				
检点区域khoảng thể tích hiệu chuẩn	0~10ml	10~20ml	20~30ml	30~40ml	40~50ml
	实际的排液体积Thể tích xả thực tế trên Duret				
1	3.39	13.4	22.31	32.62	41.36
2	4.7	14.44	23.69	33.71	44.38
3	5.48	15.5	24.8	34.42	45.5
	实际的称重质量Khối lượng thực tế				
1	3.3727	13.3897	22.2794	32.5679	41.2865
2	4.6801	14.4405	23.6354	33.6509	44.3008
3	5.4556	15.4935	24.7665	34.3626	45.4139
	实际的称重质量在该温度下转换的体积Thể tích chuẩn				
1	3.38	13.42	22.33	32.65	41.39
2	4.69	14.48	23.69	33.73	44.41
3	5.47	15.53	24.83	34.45	45.52
	体积误差Sai số thể tích				
1	0.01	-0.02	-0.02	-0.03	-0.03
2	0.01	-0.04	0.00	-0.02	-0.03
3	0.01	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02
结论Kết luận	PASS				