

移液管（344-10-1）	22.8	0.9975881								
	检点区域	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		实际的排液体积								
	独立排液十次	10	8.9	7.8	6.68	5.59	4.5	3.58	2.44	1.45
	零点起算独立排液									
		实际的称重质量								
	独立排液十次	9.959	8.8601	7.7461	6.6477	5.5596	4.473	3.536	2.3887	1.4134
	零点起算独立排液									
		实际的称重质量在该温度下转换的体积								
	独立排液十次	9.98	8.88	7.76	6.66	5.57	4.48	3.54	2.39	1.42
	零点起算独立排液									
		体积误差								
	独立排液十次	0.02	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.04	0.05	0.03
	零点起算独立排液									
	中位数	0.02	平均值	0.03	两者均值	0.02				
RSD≤0.1%										
结论	符合，合格									