

内部校准表Bảng hiệu chuẩn nội bộ					
内校时间Ngày hiệu chuẩn nội bộ	2026/2/10				
品名Tên dụng cụ	滴定管Buret, 50ml				
型号Mã dụng cụ	LR-M-03(KMnO4)				
实际温度Nhiệt độ thực tế/°C	24.8				
该温度下的系数Hệ số tỉ trọng	0.9970981				
检点区域khoảng thể tích hiệu	0~10ml	10~20ml	20~30ml	30~40ml	40~50ml
	实际的排液体积Thể tích xả thực tế trên Duret				
1	4.61	13.6	24.41	36.85	43.6
2	5.77	14.52	25.7	37.75	44.62
3	6.46	15.55	26.72	38.5	45.78
	实际的称重质量Khối lượng thực tế				
1	4.6071	13.5727	24.3839	36.7733	43.5225
2	5.7512	14.4978	25.6512	37.6706	44.5394
3	6.4479	15.5239	26.6808	38.415	45.6921
	实际的称重质量在该温度下转换的体积Thể tích chuẩn				
1	4.62	13.61	24.45	36.88	43.65
2	5.77	14.54	25.73	37.78	44.67
3	6.47	15.57	26.76	38.53	45.83
	体积误差Sai số thể tích				
1	-0.01	-0.01	-0.04	-0.03	-0.05
2	0.00	-0.02	-0.03	-0.03	-0.05
3	-0.01	-0.02	-0.04	-0.03	-0.05
结论Kết luận	PASS				