

| 内部校准表Bảng hiệu chuẩn nội bộ    |                                                      |         |         |         |         |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 内校时间Ngày hiệu chuẩn nội bộ     | 2026/2/10                                            |         |         |         |         |
| 品名Tên dụng cụ                  | 滴定管Buret, 50ml                                       |         |         |         |         |
| 型号Mã dụng cụ                   | LR-M-04(NAOH)                                        |         |         |         |         |
| 实际温度Nhiệt độ thực tế/°C        | 24.5                                                 |         |         |         |         |
| 该温度下的系数Hệ số tỉ trọng          | 0.9971741                                            |         |         |         |         |
| 检点区域khoảng thể tích hiệu chuẩn | 0~10ml                                               | 10~20ml | 20~30ml | 30~40ml | 40~50ml |
|                                | 实际的排液体积Thể tích xả thực tế trên Duret                |         |         |         |         |
| 1                              | 1.6                                                  | 12.55   | 27.4    | 34.5    | 43.52   |
| 2                              | 2.55                                                 | 13.5    | 28.36   | 35.7    | 44.51   |
| 3                              | 3.56                                                 | 14.71   | 29.5    | 36.45   | 45.6    |
|                                |                                                      |         |         |         |         |
|                                | 实际的称重质量Khối lượng thực tế                            |         |         |         |         |
| 1                              | 1.578                                                | 12.5031 | 27.329  | 34.4287 | 43.4473 |
| 2                              | 2.5319                                               | 13.4423 | 28.296  | 35.6284 | 44.4339 |
| 3                              | 3.5341                                               | 14.6635 | 29.4424 | 36.3678 | 45.5153 |
|                                |                                                      |         |         |         |         |
|                                | 实际的称重质量在该温度下转换的体积Thể tích chuẩn quy đổi từ lượng cân |         |         |         |         |
| 1                              | 1.58                                                 | 12.54   | 27.41   | 34.53   | 43.57   |
| 2                              | 2.54                                                 | 13.48   | 28.38   | 35.73   | 44.56   |
| 3                              | 3.54                                                 | 14.71   | 29.53   | 36.47   | 45.64   |
|                                |                                                      |         |         |         |         |
|                                | 体积误差Sai số thể tích                                  |         |         |         |         |
| 1                              | 0.02                                                 | 0.01    | -0.01   | -0.03   | -0.05   |
| 2                              | 0.01                                                 | 0.02    | -0.02   | -0.03   | -0.05   |
| 3                              | 0.02                                                 | 0.00    | -0.03   | -0.02   | -0.04   |
|                                |                                                      |         |         |         |         |
| 结论Kết luận                     | PASS                                                 |         |         |         |         |