

内部校准表Bảng hiệu chuẩn nội bộ					
内校时间Ngày hiệu chuẩn nội bộ	2026/2/10				
品名Tên dụng cụ	滴定管Buret, 50ml				
型号Mã dụng cụ	LR-M-05(HCL)				
实际温度Nhiệt độ thực tế/℃	25.1				
该温度下的系数Hệ số tỉ trọng	0.9970213				
检点区域khoảng thể tích hiệu chuẩn	0~10ml	10~20ml	20~30ml	30~40ml	40~50ml
	实际的排液体积Thể tích xả thực tế trên Duret				
1	2.61	12.62	24.5	37.4	48.98
2	3.43	13.39	25.69	38.6	49
3	4.75	14.5	26.35	39.7	48
	实际的称重质量Khối lượng thực tế				
1	2.6186	12.618	24.4769	37.3304	48.8829
2	3.4324	13.3635	25.6489	38.514	48.9073
3	4.7486	14.4911	26.3222	39.6214	47.8957
	实际的称重质量在该温度下转换的体积Thể tích chuẩn				
1	2.63	12.66	24.55	37.44	49.03
2	3.44	13.40	25.73	38.63	49.05
3	4.76	14.53	26.40	39.74	48.04
	体积误差Sai số thể tích				
1	-0.02	-0.04	-0.05	-0.04	-0.05
2	-0.01	-0.01	-0.04	-0.03	-0.05
3	-0.01	-0.03	-0.05	-0.04	-0.04
结论Kết luận	PASS				