

KHÁCH HÀNG (CUSTOMER): CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU ĐIỆN TỬ VIỆT NAM

THIẾT BỊ (INSTRUMENT): ICP OES OPTIMA 8000 DV

SỐ MÁY (SERIAL NUMBER): 078S1605303C

NGÀY THỬ (DATE TESTED): 20/06/2026

CÓ GIÁ TRỊ TỚI (VALIDITY UNTIL): 20/06/2027

CHUẨN SỬ DỤNG (TEST STANDARDS USED)

N069-1579: ME Standard, 1/10 diluted

THÔNG SỐ (SPECIFICATION)

1) Kiểm tra nồng độ tương đương nền đối với Mn: Đo mẫu IB (2% HNO_3) và IS (N069-1579), ghi lại cường độ phát xạ.
(Mn): For Samples IB (2% HNO_3) and IS (N069-1579/10), record intensities.

BEC

Element	IB * Conc.	IS - IB	BEC	Spec ($\mu\text{g/L}$)	Pass /Fail
Mn 257 RN	4567900	491229	9.298916051	≤ 30	Pass
Mn 257 XN	15020100	1678806	8.946891738	≤ 30	Pass

2) Độ chính xác- Chế độ Xuyên tâm, "Đo mẫu chuẩn (N069-1579)", ghi lại các giá trị độ lệch chuẩn tương đối tương ứng.
Precision, Axial for sample RSD STD (N069-1579/10), record %RSD values.

Element	%RSD	Specification %	Pass/Fail
Zn 206.200	0.86	≤ 1	Pass
Mg 280.271	0.68	≤ 1	Pass
Mg 285.213	0.78	≤ 1	Pass
Ba 455.403	0.46	≤ 1	Pass

Chứng chỉ này xác nhận các phép kiểm tra trên đã được thực hiện, kết quả kiểm tra

This is to certify that the above tests have been performed and the configuration tested

☒ thỏa mãn (meets)

☐ không thỏa mãn (does not meet)

Các yêu cầu kỹ thuật của Perkin Elmer đã được liệt kê trong chứng chỉ này
the Perkin Elmer Specification listed on this certificate

Kết luận: Các phép kiểm tra tại các mục được liệt kê thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí của nhà sản xuất đặt ra (tiêu chí đánh giá tình trạng thiết bị khi hoàn thành dịch vụ bảo dưỡng). Thỏa mãn yêu cầu đo thực tế

Đại diện được ủy quyền của PerkinElmer : Công ty Cổ phần Thiết bị SISC Việt Nam

Authorized Perkin Elmer Representative: SISC Instrumentation Joint Stock Company

Trưởng Phòng Dịch vụ Kỹ thuật
SERVICE MANAGER



Đoàn Văn Trung

Kỹ sư thực hiện
SERVICE ENGINEER



Trương Thế Giáp