Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 9087
CALIBRATION DATE: 02-Nov-19

Slocum Payload CTD CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g = -9.815199e-001
h =  1.340127e-001
i = -2.753278e-004
j =  3.930840e-005

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
WBOTC = -0.0000e+000
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2710.93	0.00000	0.00000
1.0000	34.8172	2.97603	5441.06	2.97604	0.00000
4.5000	34.7957	3.28297	5647.44	3.28297	-0.00001
15.0000	34.7526	4.26463	6261.13	4.26464	0.00001
18.5000	34.7442	4.60984	6462.77	4.60982	-0.00002
24.0000	34.7352	5.16789	6775.74	5.16789	-0.00000
29.0000	34.7297	5.68973	7055.46	5.68974	0.00001
32.5000	34.7243	6.06176	7248.05	6.06175	-0.00001

f = Instrument Output(Hz) * sqrt(1.0 + WBOTC * t) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity