
Internal test results
Point estimate, bootstrap 95% CI (2000 resamples), single seeds and baseline
QWK
Macro-F1
Accuracy
Referable AUROC
Referable sensitivity
Referable specificity
Recall grade 0
Recall grade 1
Recall grade 2
Recall grade 3
Recall grade 4
0.916 (0.892-0.936)
0.695 (0.637-0.749)
0.836 (0.803-0.866)
0.984 (0.975-0.991)
0.866 (0.817-0.912)
0.953 (0.930-0.975)
0.982 (0.963-0.996)
0.588 (0.446-0.726)
0.768 (0.697-0.837)
0.680 (0.500-0.867)
0.487 (0.324-0.647)
ensemble + 95% CI
single seeds
radiomics baseline
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Score on the internal test set (n = 523)