

INFORME N° **CB-CH4-068**

Descripción del Detector: DETECTOR DE FUGAS METANO CH<sub>4</sub>

Marca  
Brand: Henan Hanwei

Modelo  
Model: GPT100

N° de Serie  
Serial number: 190907500151

Intervalo de Medida  
meassure interval: 0 ppm - 10 000 ppm

Cliente  
Costumer: CERTIBOY S.A.S.

Fecha de Verificación  
Verification Date: 2025-05-18

Condiciones ambientales:  
Environmental Conditions:


|                            | Inicial | Final |
|----------------------------|---------|-------|
| Temperatura ambiente (°C): | 18,0    | 19,0  |
| Humedad relativa (% hr):   | 44,0    | 43,0  |

Trazabilidad

| Descripción         | N° Lote       | Productor | Vencimiento |
|---------------------|---------------|-----------|-------------|
| Nitrógeno > 99,999% | WO316553      | CALGAZ    | 2027-02-01  |
| Metano 1000 ppm     | 302-402871679 | CALGAZ    | 2030-03-01  |

Resultados de La verificación  
Verification Results:

| Concentración Referencia (ppm) | Indicación Promedio (ppm) | MIN (ppm) | MAX (ppm) | RESULTADO |
|--------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 0                              | 0                         | 0         | 0         | APTO      |
| 1000                           | 974,3                     | 900       | 1100      | APTO      |



OBSERVACIONES: Se realiza instalación de sensor y ajuste del instrumento

Verifico: Cristian Camilo Rojas T.