Encuesta para evaluar el "Diseño y desarrollo de un sistema de captura y almacenamiento de imágenes digitales de lesiones cutáneas para dermatoscopios manuales de gama media"

Los datos tomados en ésta encuesta se realizarán con la finalidad de tener en cuenta el criterio de un especialista a cerca del funcionamiento del prototipo creado.

Nombre completo *

Maria Paula Acosta Naranjo

Correo electrónico *

mapo.acosta@gmail.com

Años de experiencia en dermatología *

- ( ) Menos de 1 año
- ( ) 1-3 años
- ( ) 4-7 años
- (•) 8-15 años
- ( ) Más de 15 años

1.¿Qué tan cómodo es usar el acople al dermatoscopio durante la consulta? Siendo 1 muy complicado y 5 muy sencillo y/o práctico. *

1	2	3	4	5
○	○	○	○	◉

2. ¿Qué tan sencillo es el proceso de captura de imágenes sin interrumpir el examen? Siendo 1= "muy complicado" y 5 = "muy sencillo y/o práctico". *

1	2	3	4	5
○	○	○	○	◉

3. ¿El sistema se adapta bien a su flujo de trabajo en consulta? Siendo 1 = "No se adapta" y 5 = "Se adapta perfectamente". *

1	2	3	4	5
○	○	○	◉	○

4. ¿La imagen digital se asemeja fielmente a lo que observa en el dermatoscopio? Siendo 1="No tienen similitud" y 5 "Identica a la observada". *

1	2	3	4	5
○	◉	○	○	○

5. ¿Considera que las imágenes capturadas tienen calidad diagnóstica adecuada? Siendo 1= "Calidad insuficiente" y 5 = "Excelente calidad diagnóstica". *

1	2	3	4	5
○	◉	○	○	○

6. ¿Qué tan constantes son las imágenes en diferentes condiciones de iluminación? Siendo 1 = "Muy incosistentes" y 5 = "Muy consistentes". *

1	2	3	4	5	6
○	○	○	◉	○	○

7. ¿Qué tan útil es este sistema para documentación clínica y seguimiento de lesiones? Siendo 1 = "Nada útil" y 5 = "Extremadamente útil". *

1	2	3	4	5
○	○	○	○	◉

8. ¿Considera que el sistema facilitaría la educación o referencia a otros profesionales? Siendo 1 = "No facilita" y 5 = "Facilita mucho". *

1	2	3	4	5	6	7	8
○	○	○	○	◉	○	○	○

9. ¿Considera que el sistema cumple con los objetivos de captura y almacenamiento de imágenes planteados? Siendo 1 = "No cumple" y 5 = "Cumple completamente". *

1	2	3	4	5
○	○	○	○	◉

10. ¿Percibe potencial para mejorar este sistema o desarrollar nuevas aplicaciones dermatológicas? Siendo 1 = "Ningún potencial" y 5 = "Gran potencial". *

1	2	3	4	5
○	○	○	○	◉

11. Evaluación global - ¿Qué tan satisfecho está con el sistema en general? *

- ○ Nada Satifech@
- ○ Poco satifech@
- ○ Neutral
- ◉ Muy satisfech@
- ○ Totalmente satisfech@

Observaciones, sugerencias o aspectos a mejorar

Herramienta es muy útil pero con el detalle de cambiar el dispositivo(capilografo) para la toma adecuada de fotos y su correcta validacion en dermatologia

Google no creó ni aprobó este contenido.

Google Formularios