

安全な歯科局所麻酔のための臨床意思決定支援システム LocaBrake 仕様・計算根拠説明書

Ver 1.76

1. 本システムの概要

本システム（LocaBrake）は、臨床意思決定支援システムとして、歯科チェアサイドにおける局所麻酔薬の最大推奨用量（Maximum Recommended Dose: MRD）および血管収縮薬の推奨負荷量をリアルタイムに一元管理するデジタルプラットフォームです。複数製剤の混用・追加投与時に生じる複雑な薬理学的合算を自動化し、局所麻酔薬全身中毒（および血管収縮薬による全身的偶発症（心血管イベント等）を防止し、歯科医療の安全性を高めることを目的としています。

2. システム基本仕様と UI 構造

本システムは、術者の診断・意思決定プロセスに準拠した 2 段階の動的階層構造を採用しています。

- **第一階層**：成人モードと小児モードの完全分離（最上部スイッチタブによる切り替え）。
- **第二階層（成人モード時）**：垂直リスト形式による全身状態（既往歴リスク）のグラデーション選択（既往歴なし / 軽～中等度高血圧・心不全 / 高度高血圧・心不全およびβ遮断薬服用 / 狭心症・心筋梗塞 / 妊婦）。
- **第二階層（小児モード時）**：年齢区分選択ドロップダウン（1～3 歳（4 歳未満） / 4 歳以上）。
- **入力パラメータ制御（体重スライダー）**：成人モード時は 25 kg～120 kg（初期値 50 kg）に設定。小児モード時は年齢区分に応じた動的なレンジ制御を実装しています。
- **薬液入力カウンター**：プラス・マイナスボタンによる 0.25 本（4 分の 1 本）単位での動的微調整機能。各製剤最大 30 本まで対応。

3. 局所麻酔製剤パラメータ（国内承認 6 歯科用カートリッジ製剤）

本システムにマウントされている局所麻酔製剤のパラメータは、国内の添付文書、テキストおよび臨床エビデンスに基づき以下の通り設定されています。

製剤識別キ一	製剤名・仕様	成分分類	麻酔薬含有量 (mg/本)	血管収縮薬含有量 (mg または U/本)	成人 MRD (mg)	成人 MRD 基準 (mg/kg)	小児 MRD 基準 (mg/kg)
lido	2%キシロカイン等	リドカイン塩酸塩	36	0.0225 (アドレナリン)	500	7.0	4.4

	(1.8mL)						
lido_t18	オーラ注等 1.8mL	リドカイン 塩酸塩	36	0.0246 (アド レナリン)	500	7.0	4.4
lido_t10	オーラ注等 1.0mL	リドカイン 塩酸塩	20	0.0137 (アド レナリン)	500	7.0	4.4
artic	4%セプトカ イン (1.7mL)	アルチカイ ン塩酸塩	68	0.0170 (アド レナリン)	なし	7.0	7.0
prilo	3%シタネス ト (1.8mL)	プロピトカ イン塩酸塩	54	0.0540 (フェ リプレシン)	400	なし	6.0
mepi	3%スキャン ドネスト (1.8mL)	メピバカイ ン塩酸塩	54	なし	500	6.0	4.4

4. 数理的算定ロジックと計算根拠

① 局所麻酔薬 累積成分毒性（％）の算定

作用機序の類似した複数種類の局所麻酔薬を併用または追加投与する際、個々の薬剤の単独 MRD のみを監視する手法では、相加的な累積全身毒性を見落とす危険があります。そのため、本システムでは以下の「分数毒性加算ルール」の数式をマウントし、累積成分毒性を算出します。

$$\begin{aligned} \text{累積成分毒性（％）} = & [(\text{製剤 1 の投与量 [mg]} / \text{製剤 1 の MRD [mg]}) \\ & + (\text{製剤 2 の投与量 [mg]} / \text{製剤 2 の MRD [mg]}) + \dots] \times 100 \\ & \text{（使用されたすべての製剤の「投与量/MRD」の値を加算する）} \end{aligned}$$

※ 各製剤における個別の単独分母（MRD [mg]）の決定ロジック：

- ・ 成人モード： $\min(\text{体重 [kg]} \times \text{各製剤の MRD 基準 [mg/kg]}, \text{各製剤の成人最大絶対極量 [mg]})$
- ・ 小児モード： $\min(\text{体重 [kg]} \times \text{各製剤の小児 MRD 基準 [mg/kg]}, \text{成人モードの最大上限値 [mg]})$

② 血管収縮薬 心血管負荷度（％）の算定基準

血管収縮薬の安全上限値（分母）は、選択された患者の全身状態（既往歴リスク区分）に応じて動的に変動します。投与された血管収縮薬の総絶対量（アドレナリン、フェリプレシンそれぞれ独立）に対し、以下の設定上限値に基づく負荷比率（％）の最大値（Max）をメーターへ出力します。

- **既往歴なし（正常者）**：アドレナリン上限値：0.30 mg（教科書的極量 300 µg に準拠。ただし臨床的推奨上限である 200 µg [約 5.5 本分] を超えた時点で、注意バナーを出力し警告を高める仕様です）。フェリプレシン上限値：0.40 U（極量であるプロピトカイン 400 mg 投与時に随伴する総量から換算）。
- **軽～中等度高血圧・心不全**：アドレナリン上限値：0.045 mg（約 2 本分相当）／フェリプレシン上限値：0.18 U（約 3.3 本分相当）。
- **高度高血圧・心不全およびβ遮断薬服用**：アドレナリン上限値：0.0225 mg（約 1 本分相当。β遮断薬服用時のアドレナリン投与による初期の急激な血圧上昇リスクに配慮しています）／フェリプレシン上限値：0.18 U。
- **狭心症・心筋梗塞（虚血性心疾患）**：アドレナリン上限値：0.0001 mg（臨床的実質使用不可・0 本制限。アドレナリン成分を含む製剤が 1 本でも入力された場合、注意バナーを表示し、フェリプレシン製剤等への変更を厳重に促します）／フェリプレシン上限値：0.108 U（カートリッジ 2 本分に制限）。
- **妊婦**：アドレナリン上限値：0.045 mg／フェリプレシン上限値：0.40 U（ただし、フェリプレシンの子宮収縮作用に対するメッセージを最優先出力します）。
- **小児モード選択時**：小児における血管収縮薬の体重ベースの安全極量は国内外で明確な基準が確立されていないため、数値%計算およびメーター表示は自動的に非表示（非出力）となります。

5. 臨床的セーフティロックの搭載（自動化バイアスの抑制）

本システムは、術者の盲目的なシステム依存（自動化バイアス）を構造的に抑制することを目的に、臨床的セーフティロック機能を実装しています。

① 4 歳未満のアルチカイン制限および幼児期体重の動的自動補正

小児モードにおいて患者年齢として「1～3 歳（4 歳未満）」が選択された場合、臨床的エビデンス（4%アルチカイン塩酸塩製剤の 4 歳未満小児に対する安全性試験未実施の事実）に基づき、アルチカインの入力を強制的にロック（0 本固定・選択不可）とします。同時に、体重入力スライダーの初期値を幼児期の標準平均体重に即した「10 kg」（入力レンジ上限を 30 kg に制限）へ動的に自動補正し、チェアーサイドでの誤操作による過大用量算出を構造的に遮断する機構を設けています。

② 小児モード時の血管収縮薬負荷メーター非表示処理

小児における血管収縮薬の明確な安全基準値が未確立である背景から、小児モード選択時は血管収縮薬の負荷度メーターを自動的に非表示（非出力）とする仕様といたしました。代わりに、バイタルサインの連続モニターを義務付ける臨床注意テキスト（「小児：血管収縮薬の安全性基準未確立のため、バイタルサインの厳重な監視を推奨」等）を画面上に常時固定表示します。

③ 既往歴・妊娠に応じた動的アラートバナー

入力された累積毒性値やリスク状態の組み合わせをシステムがリアルタイムに走査し、安全域内（緑）、極量 80%到達・注意（黄）、極量超過または絶対禁忌ハイリスク（赤）の 3 段階で動的アラートバナーを最下部に出力します。

6. 免責事項・システム運用上の注意

【重要免責事項】

本システム判定は、法的責任や予後を保証するものではありません。臨床における最終的な投与判断は、必ず術者が患者さんの全身状態を総合的に考慮して行ってください。

開発：長崎大学大学院歯科麻酔学分野 讃岐拓郎
 北海道大学大学院歯科麻酔学教室 城戸幹太

協力：新潟大学大学院歯科麻酔学分野 岸本直隆
 長崎大学病院歯科麻酔科 月本翔太