











- Q0
0 - Положительная полярность выходного сигнала
1 - Отрицательная полярность выходного сигнала
- Q3:Q1
000 - Обрыв коллектора
001 - Предел +-30В
010 - Предел +-300В
011 - Предел +-3000В
- Q4
0 - Выбор режима АС
1 - Выбор режима DC
- Q5
0 - Сглаживающий фильтр отключен
1 - Сглаживающий фильтр включен
- Q6
0 - 300В и диапазон 500мА выключен
1 - 300В и диапазон 500мА включен
- Q7
0 - 30В и диапазон 200мА выключен
1 - 30В и диапазон 200мА включен



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата