










Q0
0 - Положительная полярность выходного сигнала
1 - Отрицательная полярность выходного сигнала


Q3:Q1
000 - Обрыв коллектора
001 - Предел +-30В
010 - Предел +-300В
011 - Предел +-3000В

Q4
0 - Выбор режима АС
1 - Выбор режима DC

Q5
0 - Сглаживающий фильтр отключен
1 - Сглаживающий фильтр включен

Q6
0 - 300В и диапазон 500мА выключен
1 - 300В и диапазон 500мА включен

Q7
0 - 30В и диапазон 200мА выключен
1 - 30В и диапазон 200мА включен



Изм. №	Дата	Взам. инв. №	Подп. дата