



VOLUME I



Mastery of Physics & Implant Protocol

دليل العيادة الذكي : من الفيزياء للممارسة.. كيف تضمن صفر فشل؟

By Dr. Mohamed Shaker Sawalhi

د. محمد شاكر صوالحي

Clinical Smart Guide — Zero Failure Protocol

المُقَدِّمَةُ



الزراعة مش مجرد براغي، هي تعامل مع نسيج حي
(Living Tissue).
الشطارة هي ال Success Rate على المدى البعيد.


لأنو العظم بحس، لازم نفهم لغته

النجاح يبدأ بفهم البيولوجيا، ويستمر بالتطبيق العلمي الدقيق



Medical Education Series

قلب النظام - ال Physiodispenser



الموتور الكهربائي بعطي عزم ثابت (Steady Torque) ونظام الضخ الخارجي بضمن تعقيم ال 100% Saline

العزم الثابت: الموتور الكهربائي بعطيك قوة لف ثابتة. شو ما كان العظم قاسي، الموتور ما "بُغرز" ولا بوقف فجأة.



:Physio-dispenser Action:

نظام الضخ الحديث بضغط على الخرطوم من برا (Elastic Tube Super). هيك بنضمن إنو المحلول الملح (Saline) بضل معقم 100% وما بلمس أي قطعة جوا الموتور.



خطر ال 47°C! لو وصل العظم لهي الحرارة
لدقيقة، الخلايا بتموت (Bone Necrosis)

جدول التروس (The Gear Ratio)

صورة القبضة (Contra-angle Image)	نسبة التروس (Gear Ratio)	رمز اللون (Color Code)	التطبيق (Indication) (Application)	النوع (Type)
	1:5		للبرد والتحضير السلاح أحمر For drilling and preparation Red handpiece	Speed Increasing
	1:1		حالات عامة وتطبيقات أزرق General cases and applications Blue handpiece	Direct Drive
	20:1		الجراحة والزراعة (عزم أعلى) Surgery and implantology Higher torque	Speed Reducing

Tip 

اختيار الترس الصحيح = نجاح العملية

برمج جهازك صح (Programming the Console)

بدل ما تضلک تعدل وقت العملية وتضیع وقتك وتلوٹ "السترايل فيلد"، برمج 3 برامج أساسية:

برنامج الـ Drilling (الحفر)

• Speed
800 - 1200 RPM

• Torque
30 - 40 Ncm

• Irrigation
100%
(تبريد فل)

برنامج الـ Insertion (وضع الزرعة)

• Speed
20 - 40 RPM
(بطيء جداً)

• Torque
ابدأ بـ 15 Ncm
(عشان تحمي الكونترا)

برنامج الـ Densah/Expansion (التوسيع)

• Direction
Reverse
(عكس عقارب الساعة)

• Speed
1100 RPM





الأسئلة الشائعة (FAQ)

ليش ما بستخدم موتور الحشو العادي للزراعة؟

موتور الزراعة بعطي عزم ثابت (Steady Torque) ونظام ضخ Physiodispenser بضمن تعقيم 100% للمحلول الملحي.

شو الفرق بين الكونترا الأحمر والأخضر؟

الأحمر (1:5) للبرد - سرعة عالية.
الأخضر (20:1) للزراعة - عزم عالي وسرعة هادية.

ليش درجة حرارة 47°C خطيرة؟

لأنه عند هذه الحرارة لمدة دقيقة، خلايا العظم بتموت (Bone Necrosis) والزرعة بتفشل.

كم برنامج لازم أحفظ في الجهاز؟

3 برامج أساسية: Drilling (800-1200 RPM),
Insertion (20-40 RPM),
Expansion/Densah (1100 RPM Reverse).

ليش نبدأ بـ 15 Ncm في Insertion؟

عشان نحمي الكونترا من الكسر. بعدين بنزيد العزم حسب الحاجة.

نصيحة: الفهم الصحيح يضمن النجاح الطويل المدى



نصائح وإرشادات ذهبية

دليلك للتميز في إجراءات الزراعة وضمان النتائج

1  برمج الجهاز قبل العملية - وفر وقتك وحافظ على التعقيم

2  راقب درجة الحرارة - لا تتجاوز 47°C أبداً

3  استخدم الكونترا الصحيح - أخضر 20:1 للزراعة فقط

4  100% Irrigation في Drilling - التبريد ضروري

5  ابدأ بـ 15 Ncm في Insertion - حماية للكونترا

6  استخدم Reverse في Densah/Expansion

7  العزم الثابت (Steady Torque) = نجاح الزراعة 

8  Physiodispenser يضمن تعقيم 100%

 **تذكر دائماً:** الزراعة تعامل مع نسيج حي.
الفهم الصحيح + التطبيق الدقيق = صفر فشل



د. محمد شاكر صوالحي
Dr. Mohamed Shaker Sawalhi
Dental Implant Practitioner

QUALIFICATIONS & CREDENTIALS

- ✓ **BDS – Bachelor of Dental Surgery**
American University in Jenin
- ✓ **Licensed Dentist**
Palestinian Ministry of Health
- ✓ **Palestinian Board in General Dentistry**
- ✓ **Dental Implant Practitioner**
- ✓ **Diploma in Dental Implantology**
Palestinian Implantology Society



Dr. Sawalhi
Dental Clinic



@sawalhi.dent1



sawalhident.com



Dr. Sawalhi



تواصل معنا عبر الواتساب
Scan to connect on WhatsApp