

**MESA DE CONTRATACIÓN
ACTA 01/2023**
ASISTENTES:
PRESIDENTE

María del Mar GARCÍA SANZ

JEFA SECCIÓN CONTRATACIÓN HUGF

SECRETARIA

Eulalia CEPEDA BAEZ

CONTROLADORA DE SUMINISTROS HUGF

VOCAL

Alberto GÓMEZ SÁNCHEZ

AUXILIAR ADMINISTRATIVO HUGF

VOCAL

 M^a Dolores FOLGUEIRA LÓPEZ

VOCAL

Natalia GARRIDO GUMIEL

LETRADA HABILITADA

 (Orden 81/2021, 16 de marzo de 2021, de la Vicepresidencia,
Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno)

VOCAL

María Asunción Herrera Inaraja

Vocal designado POR LA INTERVENCIÓN.

En Getafe, siendo las 09,00 horas del día 10 de enero de 2023, se reúne la Mesa de Contratación, constituida con carácter permanente por Resolución de 02 de Diciembre 2019 (BOCM nº 286/19) con los miembros que se relacionan al margen para tratar de los expedientes y temas que se detallan en los puntos siguientes y para la aprobación del acta anterior según citación cursada al efecto.

Se inicia la sesión con la verificación de que la composición de la Mesa se ajusta a lo establecido en el artículo 326 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público, en el artículo 79 del RGLCAP, en el artículo 18 del RD 49/2003 RGCPM, así como en las normas reguladoras de los órganos colegiados establecidas en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y que la letrada asistente se encuentra habilitada con carácter provisional para ejercer las funciones de letrado en las Mesas de Contratación según Orden 81/2021, 16 de Marzo de 2021

1º.-Lectura y Aprobación del Acta de la Mesa anterior.

Se procede a la lectura del acta de la reunión anterior, siendo aprobada.

2º.- Apertura de los sobres que contienen la documentación administrativa (sobre 1) del expediente SUT PAPC 2023-1-4 SUTURAS MANUALES

Comprobada la certificación expedida por la Jefa de Contratación con las empresas licitadoras al procedimiento, presentadas dentro del plazo fijado en la convocatoria, la Mesa de Contratación, procede al descifrado y apertura electrónica de los archivos que contienen la documentación administrativa y técnica y a la calificación previa de los documentos relativos a la capacidad de contratar y de conformidad con los requisitos establecidos en la legislación aplicable de Contratos del Sector Público y el Pliego de Cláusulas



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1001039068568045047333**

Administrativa Particulares, constata la validez, los defectos y las omisiones de documentación administrativa presentada por las empresas licitadoras que han concurrido y que a continuación se detalla:

NIF/CIF	PROVEEDOR	OBSERVACIONES MESA CONTRATACIÓN APERTURA ADMINISTRATIVA
A79062469	PROTESIS HOSPITALARIAS	Declaración cumplimiento Farmacopea Europea versión 8.0 de enero de 2014 o superiores
A08651481	LABORATORIO ARAGO, S.A.	Documentación administrativa aportada correctamente
A28218675	JOHNSON & JOHNSON S.A.	Documentación administrativa aportada correctamente
A28838555	AMEVISA, S.A.	Declaración de biocompatibilidad de los productos ofertados o certificado razonando la no necesidad de esta compatibilidad
A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	Documentación administrativa aportada correctamente
A28612075	EQUIPAMIENTOS SANITARIOS S.A.	Declaración cumplimiento Farmacopea Europea versión 8.0 de enero de 2014 o superiores
B60517794	W.L. GORE Y ASOCIADOS, S.L.	Documentación administrativa aportada correctamente
B63590244	ASSUT EUROPE IBERICA, S.L.	Documentación administrativa aportada correctamente
A30001010	LORCA MARIN, S.A.	Documentación administrativa aportada correctamente
B87583019	IBERIAN CARE 2016 S.L.	Documentación administrativa aportada correctamente
A08015836	ALCON HEALTHCARE S.S.	Declaración cumplimiento Farmacopea Europea versión 8.0 de enero de 2014 o superiores firmado
B33680547	MBA INCORPORADO S.L.	Documentación administrativa aportada correctamente
A61123782	B.BRAUN SURGICAL S.A.	Declaración cumplimiento Farmacopea Europea versión 8.0 de enero de 2014 o superiores firmado Estudios clínicos en publicaciones clínicas, para los casos de suturas barbadas
02897087F	CABALLERO FERNANDEZ SERGIO	Documentación administrativa aportada correctamente
B42998195	CORZA MEDICAL SL	Declaración cumplimiento Farmacopea Europea versión 8.0 de enero de 2014 o superiores

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1001039068568045047333

Por lo tanto se decide, por unanimidad, notificar a las empresas afectadas las deficiencias observadas para que las subsanen ante la Mesa de Contratación, dándole un plazo no superior a 3 días naturales a contar a partir de su publicación en el Portal de la Contratación.

3º.- Apertura de los sobres que contienen la documentación administrativa (sobre 1) del expediente EGE PAPC 2022-8-6 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS GENÉTICAS

Comprobada la certificación expedida por la Jefa de Contratación con las empresas licitadoras al procedimiento, presentadas dentro del plazo fijado en la convocatoria, la Mesa de Contratación, procede al descifrado y apertura electrónica de los archivos que contienen la documentación administrativa y técnica y a la calificación previa de los documentos relativos a la capacidad de contratar y de conformidad con los requisitos establecidos en la legislación aplicable de Contratos del Sector Público y el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, constata la validez, los defectos y las omisiones de documentación administrativa presentada por las empresas licitadoras que han concurrido y que a continuación se detalla:

NIF/CIF	PROVEEDOR	OBSERVACIONES MESA CONTRATACIÓN APERTURA ADMINISTRATIVA
B54363049	BIOARRAY SL	EXCLUIDO POR HABER INCLUIDO PROPOSICIÓN ECONÓMICA EN SOBRE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
B83959833	LABORATORIO DE GENETICA CLINICA S.L	Documentación aportada correctamente
35005302S	MIRA VALLET AUREA	Documentación aportada correctamente
B75018168	DNA DATA SL	Documentación aportada correctamente
A08514986	REFERENCE LABORATORY, S.A.	Documentación aportada correctamente
b98165723	Health in Code. S.I	Documentación aportada correctamente
A78873973	EUROFINS MEGALAB S.A.U	Falta certificado de autorización de funcionamiento, vigencia y oferta asistencial como centro de diagnóstico genético
B87051736	CENTRO DE ESTUDIOS GENETICOS ATG MEDICAL	Falta declaración donde consten nombres y cualificación profesional del personal responsable de ejecutar la prestación del contrato firmada
B64900459	Quantitative Genomic medicine Laboratories, SL	Documentación aportada correctamente
B86397122	BIOGEN CENTER S.L	Documentación aportada correctamente
058719	ATRY'S HEALTH S.A	Falta declaración de disponibilidad para consultas de lunes a viernes en horario estipulado en PPT (09:00 a 15:00) del personal cualificado adscrito al contrato firmado
A59845875	SYNLAB DIAGNOSTICOS GLOBALES,S.A.U	Documentación aportada correctamente
B88362702	LORGEN GENETICA PROTEOMICA S.L	Documentación aportada correctamente
B83751933	VIVOLABS, S.L	Documentación aportada correctamente
B85332138	NIMGENETICS GENÓMICA Y MEDICINA S.L.	Documentación aportada correctamente

Por lo tanto se decide, por unanimidad, notificar a las empresas afectadas las deficiencias observadas para que las subsanen ante la Mesa de Contratación, dándole un plazo no superior a 3 días naturales a contar a partir de su publicación en el Portal de la Contratación.

4º. Subsanación de documentación administrativa y Apertura de los sobres que contienen la documentación técnica de criterios sujetos a juicio de valor del expediente del expediente ASC PAPC 2023-8-1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APARATOS ELEVADORES

La Presidenta de la Mesa muestra a los miembros de la Mesa, la documentación administrativa presentada por las empresas afectadas para subsanar las deficiencias observadas en la Apertura de la Documentación Administrativa de fecha 25 de octubre de 2022, y a las que se concedió plazo de subsanación, por adolecer la documentación de defectos u omisiones subsanables.

La Mesa, a la vista de la documentación presentada, acuerda por unanimidad, aceptar las subsanaciones aportadas, por cumplir todas las empresas con los requisitos establecidos en la convocatoria del expediente, según cuadro adjunto:

NIF/CIF	PROVEEDOR	OBSERVACIONES MESA CONTRATACIÓN APERTURA ADMINISTRATIVA
A28303485	FAIN ASCENSORES S.A	DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA APORTADA CORRECTAMENTE
A28517308	EULEN, S.A.	DOCUMENTACIÓN SUBSANADA CORRECTAMENTE

Asisten, a través de la aplicación Teams por videoconferencia, a la lectura y apertura pública representantes de las empresas licitadoras: No asiste ningún representante.

Se procede al descifrado, en sesión pública, de los archivos que contienen la documentación técnica que permita valorar el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones exigidas en los pliegos que rigen el expediente así como la de los criterios evaluables mediante juicios de valor (sobre 2).

La Mesa de Contratación, por unanimidad, decide pasar a la siguiente fase de tramitación del expediente.

5º.- Propuesta de Adjudicación del expediente FVA PAPC 2022-1-31 MATERIAL FUNGIBLE NEURORARIOLOGÍA INTERVENCIONISTA para el Hospital Universitario de Getafe.

En base a los criterios de valoración de los pliegos que rigen el expediente, con el resultado obtenido en el informe adjunto, se elabora la siguiente propuesta de adjudicación al proveedor considerado válido, elevándose al órgano de Contratación:

ANGIONAUTIX, S.L. B87389169				
Lotes		Base Imponible	IVA	Total
11	Kit introductor vascular con válvula hemostática: dilatador fabricado en polietileno y bicarbonato de bismuto, compatible con guía de 0,035" y 0,038". Vaina de teflón con extremo distal conificado, en el extremo proximal de la vaina se encuentra la válvula hemostática antirreflujo de silicona alta seguridad. Dilatador y vaina radiopacos. Código de colores según diámetros. Calibres introductor desde 4 hasta 11 Fr 10 cm de longitud	4.990,00	1.047,90	6.037,90
24	Catéter balón PTA para tratar estenosis intracraneales. Balón compliance con diámetros de balón de 1.5 a 4 mm y longitud de 8 mm. Catéter coaxial de doble lumen con una luz de 0.0165". Longitud útil de 150 cm. Debe permitir la implantación de prótesis compatibles de hasta 5.5 mm a través de la luz del balón.	5.994,00	1.258,74	7.252,74
TOTAL		10.984,00	2.306,64	13.290,64

El importe total de la adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Cuantía
-----------	---------



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1001039068568045047333**

2023	5.537,78
2024	6.645,32
2025	1.107,54
Total	13.290,64

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: la oferta presentada es más ventajosa.

BALT SPAIN MEDICAL S.L. B66878398				
Lotes		Base Imponible	IVA	Total
14	Microcatéter de poliamida de flujo dependiente. Parte proximal rígida y transparente. Parte media flexible. Parte distal superflexible y termoformada. Extremo flexible de PUR SIL atraumático. Radiopaco excepto en parte proximal rígida y segmento distal. Anillo radiopaco en la punta distal. Diámetro proximal de 2.7 F y distal de 1.8, 1.5 y 1.2 F. Longitud 165 cm.	11.940,00	2.507,40	14.447,40
17	Microcatéter con flexibilidad progresiva, con extremo proximal rígido y segmento distal flexible. Cuerpo radiopaco y marcadores distales con 3 anillos distales y 1 proximal que permiten visualizar la extremidad distal y la unión de la parte flexible y la parte rígida. Superficie exterior hidrofílica. Sistema de seguridad FUSECATH. Diámetros distales de 1.2 F y 1.5F. Longitudes de FUSECATH: 15, 25, 35 y 45 mm. Microguía de 0.007" y de 0.008". Microcateter 1.5 distal 15mm fusecath microguía de0.008"	21.320,00	4.477,20	25.797,20
22	Catéter balón de oclusión de doble lumen, con lumen para guía y lumen para inflado y desinflado del balón. Poliamida, con parte flexible de pebax, la superflexible de pebax y TPE y extraflexible de TPE y TPU. Parte interna de PTFE. Balón de TPE. Marcas radiopacas, para punta distal y para parte cilíndrica del balón. Agujero distal. Al menos de las siguientes medidas 6x7; 6x9; 6x12; 6x15 y 6x20 mm	55.960,00	11.751,60	67.711,60
25	Microguía con segmento proximal de acero inoxidable recubierto con PTFE y segmento distal de nitinol con zona radiopaca de platino. Tratamiento de HYDROSPEED. Radiopaca. Dispositivo de presión orientable. Diámetros de 0.007" y 0.008". Longitud de 210 cm.	13.620,00	2.860,20	16.480,20
TOTAL		102.840,00	21.596,40	124.436,40

El importe total de la adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Cuantía
2023	51.848,50
2024	62.218,20
2025	10.369,70
Total	124.436,40

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: la oferta presentada es más ventajosa.

CIRUGIA ORTOPEDIA Y MEDICINA MEDCOR S.L. B41736240				
Lotes		Base Imponible	IVA	Total
29	Kit de aguja de microondas con sistema patentado para el atrapamiento de las microondas reflejadas. Circuito hidráulico pre-montado para enfriamiento del mango y del cable MW. Cánula con marcadores de profundidad y amplia banda blanca entre los 3 y 4 cm desde la punta. Punta piramidal. Termopar incorporado. Marcador de profundidad y posicionamiento, deslizante. Muy buena visibilidad en ultrasonidos y en tomografía computarizada. Rendimiento coagulativo adaptable: de 2 a 5,7 diámetros transversales de ablación con la misma sonda, al cambiar la potencia de tratamiento y el tiempo. Calibre 11, 14 y 16G. Longitud de la aguja 150, 200 y 270 mm. Versión cable desconectable. Bisturi desechable para pre incisión en la piel del paciente. Talla quirúrgica con orificio. Aplicador con esponja para desinfectar la piel del paciente. Porta cables deslizantes autoadhesivos El adjudicatario de este lote deberá ceder el equipamiento necesario de microondas, incluyendo el mantenimiento preventivo	19.200,00	4.032,00	23.232,00



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1001039068568045047333**

	y correctivo, y la formación a lo largo del periodo de vigencia del contrato, según plan presentado por licitador.			
TOTAL		19.200,00	4.032,00	23.232,00

El importe total de la adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Cuantía
2023	9.680,00
2024	11.616,00
2025	1.936,00
Total	23.232,00

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: la oferta presentada es más ventajosa.

JOHNSON & JOHNSON S.A A28218675				
Lotes		Base Imponible	IVA	Total
33	Stent retriever para trombectomía mecánica compuesto por una cesta de nitinol autoexpandible, formado por una estructura externa, un canal interno, y una punta flexible. Esta punta distal está constituida por un coil de platino y tungsteno, presente también en el extremo proximal de la guía, para hacer posible que el dispositivo sea visible bajo fluoroscopia. La zona de trabajo del dispositivo está delimitada por dos marcadores radiopacos en la zona proximal y tres en el extremo distal de la zona externa de la cesta, en todos los modelos. Además, se añaden 4 marcadores radiopacos de platino iridiado en cada uno de los cuerpos de los segmentos centrales de algunas de las medidas. Marcadores radiopacos de oro y platino iridiado.	37.425,00	7.859,25	45.284,25
TOTAL		37.425,00	7.859,25	45.284,25

El importe total de la adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Cuantía
2023	18.868,44
2024	22.642,13
2025	3.773,68
Total	45.284,25

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: la oferta presentada es más ventajosa.

MEDTRONIC IBERICA, S.A. A28389484				
Lotes		Base Imponible	IVA	Total
12	Microcatéter mallado de 160 cm, con TRES SEGMENTOS DIFERENCIADOS Doble malla/Coil + Malla/Coil + Coil VS Coil. Punta redondeada y diámetro externo 2,3-2,6 F, diámetro interno 0,021 IN. Hub de Nylon y marcador radiopaco de platino-iridio	9.800,00	2.058,00	11.858,00
15	Microcatéter de PEBAX, de 1.3 F dirigido por flujo o con guía de 0,08" y 0.010". Segmento proximal superflexible y resistente a sobrepresiones embolicas o angiográficas. PEBAX, compatible con DMSO. Marca radiopaca dentro del microcatéter.	5.120,00	1.075,20	6.195,20
16	Microcatéter de lumen simple con segmento proximal semirrígido y segmento distal altamente flexible con zona de desconexión. Recubrimiento externo hidrofílico. Bandas marcadoras radiopacas para visualizar posición y zona de desconexión distal. Adaptador de jeringa ev3. Espacio muerto del cono reducido. Compatible con DMSO. Diámetro distal de 1.5F y proximal de 2.7 F. Zona de desconexión de 15, 30 y 50 mm.on zona desconexion 1.5f distal 15mmzona desconexion	5.120,00	1.075,20	6.195,20
19	Catéter de acceso distal de un solo lumen y rigidez variable. Segmento distal blando y flexible con recubrimiento variable de nitinol coil trenzado. Punta distal	7.500,00	1.575,00	9.075,00



	redondeada, blanda, flexible y atraumática. Marcador radiopaco distal. Recubrimiento hidrofílico externo distal. Diámetro externo distal de 5.3 F y proximal de 5.6 F. Diámetro interno de 0.058 in. Longitud de 115 cm.			
TOTAL		27.540,00	5.783,40	33.323,40

El importe total de la adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Cuantía
2023	13.884,74
2024	16.661,70
2025	2.776,96
Total	33.323,40

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: la oferta presentada es más ventajosa.

MERIT MEDICAL SPAIN, SLU B87175253				
	Lotes	Base Imponible	IVA	Total
3	Catéter de diagnóstico con extremo proximal con diseño de acordeón hecho de material de poliuretano suave para minimizar el enroscamiento y proporcionar capacidad de dirección. Altamente flexible. Excelente par torsional. Óptima suavidad de la superficie. Flexibilidad por patrón de trenza. Punta distal hecho de material blando diseñado para reducir el enroscamiento y el trauma vascular, altamente visible por fluoroscopia. Alta fuerza de tracción en la transición del eje a la punta. Excelente memoria de punta. Diámetro interno de 1.07 mm, 0.046". Punta vertebral y Simmons 2, longitud 125 cm y 5F	4.350,00	913,50	5.263,50
TOTAL		4.350,00	913,50	5.263,50

El importe total de la adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Cuantía
2023	2.193,13
2024	2.631,75
2025	438,62
Total	5.263,50

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: la oferta presentada es más ventajosa.

STRYKER IBERIA S.L. B82173451				
	Lotes	Base Imponible	IVA	Total
7	Catéter balón coaxial mallado de doble lumen para facilitar la inserción y navegación de catéteres intravasculares hasta el vaso sanguíneo seleccionado en los sistemas neurovascular y periférico. Segmentos consecutivos de rigidez variable en toda su longitud para un mayor soporte en el segmento proximal y una mayor blandura y flexibilidad en el segmento distal. Marcador radiopaco distal y balón de oclusión blando y distensible. Superficie interna recubierta de PTFE. Tamaño del balón de oclusión: 10x10 mm; Volumen máximo de inflado: 0,6 ml. Lumen interno de 0,084 (8F). Longitudes 85 y 95 cm	3.600,00	756,00	4.356,00
8	Microcatéter de un solo lumen de acceso distal en vasculatura cerebral distal. Rigidez gradual del vástago, con un segmento distal altamente flexible y sección proximal semirrígida. Acoplamiento luer. Refuerzo circunferencial continuo de acero inoxidable trenzados del interior de la pared. Recubrimiento hidrofílico externo del segmento distal. Vástago del segmento proximal de 2.7 F de diámetro externo. Vástago del segmento distal con refuerzo interno en forma de cables de acero inoxidable planos y trenzados, de 2,4F de diámetro externo y con marcador de platino en la punta. Lumen interno de PTFE, con diámetro de 0.021". Compatibles con guías menores de 0,016" y con catéter guía mínimo de 0.050" de diámetro interno. Conector y válvula de policarbonato.	8.500,00	1.785,00	10.285,00



9	Microcatéter neurovascular mallado hasta su punta de un solo lumen para introducción de agentes de diagnóstico y coils. Recubrimiento hidrofílico externo distal; superficie interna recubierta de PTFE. Dos marcadores radiopacos distales. Segmento proximal de alto soporte de 2,4F de diámetro externo y segmento distal flexible de 1,7F de diámetro externo. Diámetro interno: 0.0165". Punta distal moldeable con vapor (recta, 45° y 90°).	33.480,00	7.030,80	40.510,80
10	Microcatéter neurovascular mallado hasta su punta de un solo lumen para introducción de agentes de diagnóstico y stent intracraneal. Recubrimiento hidrofílico externo distal; superficie interna recubierta de PTFE. Único marcador radiopaco distal. Segmento proximal de alto soporte de 2,9 F de diámetro externo y segmento distal flexible de 2,7F de diámetro externo. Diámetro interno: 0.027". Punta distal moldeable con vapor (recta y 45°)	8.500,00	1.785,00	10.285,00
20	Catéter de acceso distal de un solo lumen y rigidez variable. Segmento distal blando y flexible con recubrimiento variable de nitinol coil trenzado. Punta distal redondeada, blanda, flexible y atraumática. Marcador radiopaco distal para visualización bajo fluoroscopia. Recubrimiento hidrofílico externo distal. Diámetro externo distal de 5.4 F y proximal de 6 F. Diámetro interno de 0.060 in. Longitud de 115 y 132 cm.	13.500,00	2.835,00	16.335,00
21	Catéter de acceso distal de un solo lumen y rigidez variable. Segmento distal blando y flexible con recubrimiento variable de nitinol coil trenzado. Punta distal redondeada, blanda, flexible y atraumática. Marcador radiopaco distal para visualización bajo fluoroscopia. Recubrimiento hidrofílico externo distal. Diámetro interno de 0.068 in. Longitud de 132 cm.	9.000,00	1.890,00	10.890,00
26	Microguía con hipotubo distal con microestructura de nitinol, núcleo de alambre proximal redondeado de acero inoxidable, punta de coil de platino-tungsteno, núcleo de alambre distal con cinta plana. Segmento distal 35 cm. Diámetro externo 0.014" distal y proximal Longitud de 200 y 300 cm. (suave, premoldeada y estandar)	35.000,00	7.350,00	42.350,00
27	Microguía de nitinol con núcleo interno tipo Scitanium, con segmento distal con recubrimiento hidrofílico, radiopaco de 39 cm. Punta distal moldeable de 2 cm de longitud. Diámetro proximal de 0.0155 in y distal de 0.014 in. Longitud 205 cm. Debe incluir introductor de guía y dispositivo de torsión. (Suave y floppy)	10.500,00	2.205,00	12.705,00
TOTAL		122.080,00	25.636,80	147.716,80

El importe total de la adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Cuantía
2023	61.548,67
2024	73.858,40
2025	12.309,73
Total	147.716,80

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: la oferta presentada es más ventajosa.

TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L. B83524769			
Lotes		Base Imponible	IVA
			Total
1	Kit introductor vascular con válvula hemostática: dilatador fabricado en polietileno y bicarbonato de bismuto, compatible con guía de 0,035" y 0,038". Vaina de teflón con extremo distal conificado, en el extremo proximal de la vaina se encuentra la válvula hemostática antirreflujo de silicona alta seguridad. Dilatador y vaina radiopacos. Código de colores según diámetros. Calibres introductor desde 4 hasta 11 Fr 10 cm de longitud	7.852,00	1.648,92
TOTAL		7.852,00	1.648,92

El importe total de la adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Cuantía
2023	3.958,72



2024	4.750,46
2025	791,74
Total	9.500,92

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: la oferta presentada es más ventajosa.

WORLD MEDICA,S.L. B82612599				
Lotes		Base Imponible	IVA	Total
30	Filtro de protección embólica de poliuretano con poro de 110 micron para permitir flujo continuo sanguíneo. Loop de nitinol suspendido para aposición de 360° con pared arterial. Perfil de 3.2F y funda recubierta de silicona para facilitar paso a través de la lesión. Vaina de liberación diseñada para maximizar la expansión del filtro. Coil distal radiopaco. Guía de 0.014" cubierta por PTFE. Para arterias de 3,5 a 5,5 mm de diámetro.	5.994,00	1.258,74	7.252,74
31	Filtro de protección embólica monorraíl de nitinol con forma cónica. Perfil de 6 F compatible con guías de trabajo 0.014 y 0.018. Diámetros desde 3 hasta 7mm y longitudes desde 190 hasta 320 cm. Marcador blanco en el puerto de salida de la guía principal. Filtro con hipotubo flexible. Marcadores radiopacos en toda la circunferencia del filtro.	5.994,00	1.258,74	7.252,74
TOTAL		11.988,00	2.517,48	14.505,48

El importe total de la adjudicación se distribuye en las siguientes anualidades y cuantías:

Anualidad	Cuantía
2023	6.043,94
2024	7.252,74
2025	1.208,80
Total	14.505,48

Motivación de la adjudicación.- Características de la proposición de los adjudicatarios determinantes de la adjudicación a su favor: la oferta presentada es más ventajosa.

Número de ofertas presentadas: 10

Lote N°	N° de ofertas
1	1
2	0
3	1
4	0
5	0
6	0
7	1
8	2
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1



16	1
17	1
18	0
19	2
20	1
21	2
22	1
23	1
24	1
25	2
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	2
33	1

Lotes desiertos		Motivo
2	Catéter de diagnóstico angiográfico. Catéter diagnostico selectivo, amplio diámetro interno, compatible con guía de 0,038", debe permitir el paso de coils metálicos, recubrimiento distal hidrofílico, doble malla trenzada de acero inoxidable salvo en los últimos 15 cm. Longitudes 100 y 150 cm, de 4 y 5F	NO OFERTAN
4	Catéter guía de un solo lumen grande no conificado, compuesto por una estructura híbrida, con trenza de acero inoxidable con nailon y poliuretano y revestimiento interior de PTFE. Radiopaco. Punta blanda. Preformado. De 5 a 7F y 90 cm de longitud	NO OFERTAN
5	Catéter de acceso intracraneal compuesto por polímeros avanzados con 9 zonas de transición. Segmento proximal de alto soporte con hilos de acero inoxidable, redondos y planos. Segmento distal de 9 cm flexible, atraumático y radiopaco de 9 cm, reforzado con hilo de platino y con micropulido de la punta. Diámetro externo de 6F. Diámetro interno de 0.071" compatible con guías de 0.035/0.038". Longitud de 95 y 105 cm. Punta distal recta y multipropósito.	NO OFERTAN
6	Catéter-guía de acceso cerebral reforzado con malla de acero, rigidez variable y gradual, segmento distal de 9,5 cm de longitud, extra-flexible y ultralubricado. Calibre de 8F con luz interna mínima de 0.088, con dilatador interno. Longitud 90 cm	NO OFERTAN
13	Microcater para vasos tortuosos, dirigible sobre guía. Estructura combinada de coil interno de alta densidad a lo largo de todo el dispositivo y un trenzado en su parte proximal. Recubrimiento hidrofílico en los 115 cm distales. Extremo distal atraumático, de 9 cm de longitud. Disponible en dos versiones: versión de 156 cm de longitud, lumen interno ,165", dos marcas radiopacas distales, para embolización con coils y versión de 167 cm longitud, lumen interno ,013", con una sola marca radiopaca distal, para embolización con agentes líquidos.	PRECIO OFERTA SUPERIOR AL IMPORTE LICITACION
18	Catéter de perfusión formado por estructura metálica de nitinol con forma de coil recubierto con polímero Tecoflex. Diámetro externo proximal de 6F y distal de 4.3 F. Diámetro interno proximal de 0.064 in y distal de 0.041 in. Longitud de 130 cm.	NO OFERTAN
23	Catéter balón de oclusión vascular de doble lumen, compatible con guía de 0.014" y con catéter guía de 6 F con técnica de doble catéter. Punta suave, recubrimiento hidrofílico del balón. Longitud de la punta distal de 5 cm. Compliant y extracompliant.	PRECIO OFERTA SUPERIOR AL IMPORTE LICITACION
28	Microguía con tecnología híbrida de nitinol y acero inoxidable, recubrimiento hidrofílico hidratante. Núcleo distal de nitinol resistente a torceduras. Punta recta y moldeable de 1.4 cm. Punta radiopaca de 3 cm. Incluye mandril, vaina de inserción y	PRECIO OFERTA SUPERIOR AL IMPORTE LICITACION



	torque. Diámetro proximal 0.014 in y distal 0.012 in. Coil distal de platino mejora visibilidad en fluoroscopia.	
32	Stent retriever para reestablecer el flujo en la vasculatura cerebral. Guía de nitinol flexible unido a stent extractor auto-expandible y radiopaco de nitinol. Diseño tubular del stent, con celdas alineadas en configuración espiral y orientación en vertical de la malla. Recubrimiento hidrofílico del stent. Vaina introductora. Dos zonas con diferente fuerza radial. Radiopaco por filamentos de platino y marcadores de platino en extremos. Guía portadora de nitinol y de 180 cm de longitud, últimos 70 cm del núcleo se conifica de 0.018 a 0.010". Marcador ribeteado negro. (de al menos 6x25mm y 6x 40mm)	NO CUMPLE CARACTERISTICAS TECNICAS EXIGIDAS

Candidatos descartados por tener oferta más ventajosa de otro licitador o no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas según informe adjunto

Lote	Proveedor
8	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
19	STRYKER IBERIA S.L.
21	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
25	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
32	BALT SPAIN MEDICAL S.L.
32	MEDTRONIC IBERICA, S.A.

Licitadores excluidos y motivos de la exclusión:

Lote	Descripción Lote	NIF	Proveedor	Motivo exclusión
13	Microcateter para vasos tortuosos, dirigible sobre guía. Estructura combinada de coil interno de alta densidad a lo largo de todo el dispositivo y un trenzado en su parte proximal. Recubrimiento hidrofílico en los 115 cm distales. Extremo distal atraumático, de 9 cm de longitud. Disponible en dos versiones: versión de 156 cm de longitud, lumen interno ,165", dos marcas radiopacas distales, para embolización con coils y versión de 167 cm longitud, lumen interno ,013", con una sola marca radiopaca distal, para embolización con agentes líquidos.	A58426008	GRIFOLS MOVACO, S.A.	La oferta supera el importe de licitación.
23	Catéter balón de oclusión vascular de doble lumen, compatible con guía de 0.014" y con catéter guía de 6 F con técnica de doble catéter. Punta suave, recubrimiento hidrofílico del balón. Longitud de la punta distal de 5 cm. Compliant y extracompliant.	A58426008	GRIFOLS MOVACO, S.A.	La oferta supera el importe de licitación.
28	Microguía con tecnología híbrida de nitinol y acero inoxidable, recubrimiento hidrofílico hidratante. Núcleo distal de nitinol resistente a torceduras. Punta recta y moldeable de 1.4 cm. Punta radiopaca de 3 cm. Incluye mandril, vaina de inserción y torque. Diámetro proximal 0.014 in y distal 0.012 in. Coil distal de platino mejora visibilidad en fluoroscopia.	A58426008	GRIFOLS MOVACO, S.A.	La oferta supera el importe de licitación.

RESULTADO DE I.TÉCNICO-ECONÓMICO TAS I.TÉCNICO FIRMADO POR RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE PAPC 2022-1-31 FVA MATERIAL FUNGIBLE NEURORADIOLOGÍA Y VISTO EN MESA DE CONTRATACIÓN ACTA 36/2022 de 15 de noviembre de 2022						CRITERIOS CUALITATIVOS (Máximo 30 puntos)			Puntuación Total
Lote	Descripción Lote	Proveedor	IMPORTE LICITACIÓN SIN IVA	Valoración	Importe Total oferta sin IVA	Importe Total oferta con IVA	CRITERIO	Valor ofertado	Punt.



1	Lote 1: Kit introductor vascular con válvula hemostática: dilatador fabricado en polietileno y bicarbonato de bismuto, compatible con guía de 0,035" y 0,038". Vaina de teflón con extremo distal conificado, en el extremo proximal de la vaina se encuentra la válvula hemostática antirreflujo de silicona alta seguridad. Dilatador y vaina radiopacos. Código de colores según diámetros. Calibres introductor desde 4 hasta 11 Fr 10 cm de longitud	TERUMO EUROPE ESPAÑA, S.L.	7.852,00	CUMPLE	7.852,00	9.500,92	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	8	30	0,00	30,00
2	Lote 2: Catéter de diagnóstico angiográfico. Catéter diagnóstico selectivo, amplio diámetro interno, compatible con guía de 0,038", debe permitir el paso de coils metálicos, recubrimiento distal hidrofílico, doble malla trenzada de acero inoxidable salvo en los últimos 15 cm. Longitudes 100 y 150 cm, de 4 y 5F	SIN OFERTAS									
3	Lote 3: Catéter de diagnóstico con extremo proximal con diseño de acordeón hecho de material de poliuretano suave para minimizar el enroscamiento y proporcionar capacidad de dirección. Altamente flexible. Excelente par torsional. Óptima suavidad de la superficie. Flexibilidad por patrón de trenza. Punta distal hecho de material blando diseñado para reducir el enroscamiento y el trauma vascular, altamente visible por fluoroscopia. Alta fuerza de tracción en la transición del eje a la punta. Excelente memoria de punta. Diámetro interno de 1.07 mm, 0.046". Punta vertebral y Simmons 2, longitud 125 cm y 5F	MERIT MEDICAL SPAIN, SLU	4.350,00	CUMPLE	4.350,00	5.263,50	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	8	30	0,00	30,00
4	Lote 4: Catéter guía de un solo lumen grande no conificado, compuesto por una estructura híbrida, con trenza de acero inoxidable con nailon y poliuretano y revestimiento interior de PTFE. Radiopaco. Punta blanda. Preformado. De 5 a 7F y 90 cm de longitud	SIN OFERTAS									
5	Lote 5: Catéter de acceso intracraneal compuesto por polímeros avanzados con 9 zonas de transición. Segmento proximal de alto soporte con hilos de acero inoxidable, redondos y planos. Segmento distal de 9 cm flexible, atraumático y radiopaco de 9 cm, reforzado con hilo de platino y con micropulido de la punta. Diámetro externo de 6F. Diámetro interno de 0.071" compatible con guías de 0.035/0.038". Longitud de 95 y 105 cm. Punta distal recta y multipropósito.	SIN OFERTAS									
6	Lote 6: Catéter-guía de acceso cerebral reforzado con malla de acero, rigidez variable y gradual, segmento distal de 9,5 cm de longitud, extra-flexible y ultralubricado. Calibre de 8F con luz interna mínima de 0.088, con dilatador interno. Longitud 90 cm	SIN OFERTAS									
7	Clote 7: Catéter balón coaxial mallado de doble lumen para facilitar la inserción y navegación de catéteres intravasculares hasta el vaso sanguíneo seleccionado en los sistemas neurovascular y periférico. Segmentos consecutivos de rigidez variable en toda su longitud para un mayor soporte en el segmento proximal y una mayor blandura y flexibilidad en el segmento distal. Marcador radiopaco distal y balón de oclusión blando y distensible. Superficie interna recubierta de PTFE. Tamaño del balón de oclusión: 10x10 mm; Volumen máximo de inflado: 0,6 ml. Lumen interno de 0,084 (8F). Longitudes 85 y 95 cm	STRYKER IBERIA S.L.	3.600,00	CUMPLE	3.600,00	4.356,00	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	2	30	0,00	30,00
8	Lote 8: Microcatéter de un solo lumen de acceso distal en vasculatura cerebral distal. Rigidez gradual del vástago, con un segmento distal altamente flexible y sección proximal semirrígida. Acoplamiento luer. Refuerzo circunferencial continuo de acero inoxidable trenzados del interior de la pared. Recubrimiento hidrofílico externo del segmento distal. Vástago del segmento proximal de 2.7 F de diámetro externo. Vástago del segmento distal con refuerzo interno en forma de cables de acero inoxidable planos y trenzados, de 2,4F de diámetro externo y con marcador de platino en la punta. Lumen interno de PTFE, con diámetro de 0.021". Compatibles con guías menores de 0,016" y con catéter guía mínimo de 0.050" de diámetro interno. Conector y válvula de policarbonato.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	No cumple por ausencia rigidez gradual del vástago								
		STRYKER IBERIA S.L.	9.000,00	SI	8.500,00	10.285,00	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	1	30	70,00	100,00
9	Lote 9: Microcatéter neurovascular mallado hasta su punta de un solo lumen para introducción de agentes de diagnóstico y coils. Recubrimiento hidrofílico externo distal; superficie interna recubierta de PTFE. Dos marcadores radiopacos distales. Segmento proximal de alto soporte de 2,4F de diámetro externo y segmento distal flexible de 1,7F de diámetro externo. Diámetro interno: 0.0165". Punta distal moldeable con vapor (recta, 45º y 90º).	STRYKER IBERIA S.L.	33.480,00	SI	33.480,00	40.510,80	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	7	30	0,00	30,00



10	Lote 10: Microcatéter neurovascular mallado hasta su punta de un solo lumen para introducción de agentes de diagnóstico y stent intracraneal. Recubrimiento hidrofílico externo distal; superficie interna recubierta de PTFE. Único marcador radiopaco distal. Segmento proximal de alto soporte de 2,9 F de diámetro externo y segmento distal flexible de 2,7F de diámetro externo. Diámetro interno: 0.027". Punta distal moldeable con vapor (recta y 45º)	STRYKER IBERIA S.L.	9.000,00	SI	8.500,00	10.285,00	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	8	30	70,00	100,00
11	Lote 11: Microcatéter mallado con recubrimiento hidrofílico externo, construido con un multi-polímero con diferentes zonas de flexibilidad y con dos marcas distales separadas por 3 cm de distancia. Diámetro externo distal de 2.2 F y proximal de 2.6 F y luz interna de 0,017" 0.021" y 0,027". Al menos en 155, 160 y 167 cm de longitud	ANGIONAUTIX, S.L.	5.000,00	SI	4.990,00	6.037,90	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	13	30	70,00	100,00
12	Lote 12: Microcatéter mallado de 160 cm, con TRES SEGMENTOS DIFERENCIADOS Doble malla/Coil + Malla/Coil + Coil VS Coil. Punta redondeada y diámetro externo 2,3-2,6 F, diámetro interno 0,021 IN. Hub de Nylon y marcador radiopaco de platino-iridio	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	10.000,00	SI	9.800,00	11.858,00	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	2	30	70,00	100,00
13	Lote 13: Microcateter para vasos tortuosos, dirigible sobre guía. Estructura combinada de coil interno de alta densidad a lo largo de todo el dispositivo y un trenzado en su parte proximal. Recubrimiento hidrofílico en los 115 cm distales. Extremo distal atraumático, de 9 cm de longitud. Disponible en dos versiones: versión de 156 cm de longitud, lumen interno ,165", dos marcas radiopacas distales, para embolización con coils y versión de 167 cm longitud, lumen interno ,013", con una sola marca radiopaca distal, para embolización con agentes líquidos.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	11.700,00	SI	20.460,00	24.756,60	SUPERA PRECIO DE LICITACIÓN				
14	Lote 14: Microcatéter de poliamida de flujo dependiente. Parte proximal rígida y transparente. Parte media flexible. Parte distal superflexible y termoformada. Extremo flexible de PUR SIL atraumático. Radiopaco excepto en parte proximal rígida y segmento distal. Anillo radiopaco en la punta distal. Diámetro proximal de 2.7 F y distal de 1.8, 1.5 y 1.2 F. Longitud 165 cm.	BALT SPAIN MEDICAL S.L.	11.960,00	SI	11.940,00	14.447,40	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	10	30	70,00	100,00
15	Lote 15: Microcatéter de PEBAX, de 1.3 F dirigido por flujo o con guía de 0,08" y 0.010". Segmento proximal superflexible y resistente a sobrepresiones embolicas o angiográficas. PEBAX, compatible con DMSO. Marca radiopaca dentro del microcatéter.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	5.140,20	SI	5.120,00	6.195,20	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	1	30	70,00	100,00
16	Lote 16: Microcatéter de lumen simple con segmento proximal semirrígido y segmento distal altamente flexible con zona de desconexión. Recubrimiento externo hidrofílico. Bandas marcadoras radiopacas para visualizar posición y zona de desconexión distal. Adaptador de jeringa ev3. Espacio muerto del cono reducido. Compatible con DMSO. Diámetro distal de 1.5F y proximal de 2.7 F. Zona de desconexión de 15, 30 y 50 mm.on zona desconexion 1.5f distal 15mmzona desconexion	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	5.140,20	SI	5.120,00	6.195,20	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	3	30	70,00	100,00
17	Lote 17: Microcatéter con flexibilidad progresiva, con extremo proximal rígido y segmento distal flexible. Cuerpo radiopaco y marcadores distales con 3 anillos distales y 1 proximal que permiten visualizar la extremidad distal y la unión de la parte flexible y la parte rígida. Superficie exterior hidrofílica. Sistema de seguridad FUSECATH. Diámetros distales de 1.2 F y 1.5F. Longitudes de FUSECATH: 15, 25, 35 y 45 mm. Microguía de 0.007" y de 0.008". Microcateter 1.5 distal 15mm fusecath microguia de 0.008"	BALT SPAIN MEDICAL S.L.	21.340,00	SI	21.320,00	25.797,20	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	8	30	70,00	100,00
18	Lote 18: Catéter de reperfusión formado por estructura metálica de nitinol con forma de coil recubierto con polímero Tecoflex. Diámetro externo proximal de 6F y distal de 4.3 F. Diámetro interno proximal de 0.064 in y distal de 0.041 in. Longitud de 130 cm.	SIN OFERTAS									
19	Lote 19: Catéter de acceso distal de un solo lumen y rigidez variable. Segmento distal blando y flexible con recubrimiento variable de nitinol coil trenzado. Punta distal redondeada, blanda, flexible y atraumática. Marcador radiopaco distal. Recubrimiento hidrofílico externo distal. Diámetro externo distal de 5.3 F y proximal de 5.6 F. Diámetro interno de 0.058 in. Longitud de 115 cm.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	13.500,00	SI	7.500,00	9.075,00	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	14	30	70,00	100,00
		STRYKER IBERIA S.L.	No cumple por punta poco flexible y traumática								



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1001039068568045047333**

20	Lote 20: Catéter de acceso distal de un solo lumen y rigidez variable. Segmento distal blando y flexible con recubrimiento variable de nitinol coil trenzado. Punta distal redondeada, blanda, flexible y atraumática. Marcador radiopaco distal para visualización bajo fluoroscopia. Recubrimiento hidrofílico externo distal. Diámetro externo distal de 5.4 F y proximal de 6 F. Diámetro interno de 0.060 in. Longitud de 115 y 132 cm.	STRYKER IBERIA S.L.	13.500,00	SI	13.500,00	16.335,00	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	1	30	0,00	30,00
21	Lote 21: Catéter de acceso distal de un solo lumen y rigidez variable. Segmento distal blando y flexible con recubrimiento variable de nitinol coil trenzado. Punta distal redondeada, blanda, flexible y atraumática. Marcador radiopaco distal para visualización bajo fluoroscopia. Recubrimiento hidrofílico externo distal. Diámetro interno de 0.068 in. Longitud de 132 cm.	MEDTRONIC IBERICA, S.A.	No cumple por punta poco flexible y traumática								
		STRYKER IBERIA S.L.	9.000,00	SI	9.000,00	10.890,00	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	3	30	0,00	30,00
22	Lote 22: Catéter balón de oclusión de doble lumen, con lumen para guía y lumen para inflado y desinflado del balón. Poliamida, con parte flexible de pebax, la superflexible de pebax y TPE y extraflexible de TPE y TPU. Parte interna de PTFE. Balón de TPE. Marcas radiopacas, para punta distal y para parte cilíndrica del balón. Agujero distal. Al menos de las siguientes medidas 6x7; 6x9; 6x12; 6x15 y 6x20 mm	BALT SPAIN MEDICAL S.L.	59.600,00	SI	55.960,00	67.711,60	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	5	30	0,00	30,00
23	Lote 23: Catéter balón de oclusión vascular de doble lumen, compatible con guía de 0.014" y con catéter guía de 6 F con técnica de doble catéter. Punta suave, recubrimiento hidrofílico del balón. Longitud de la punta distal de 5 cm. Compliant y extracompliant.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	30.000,00	SI	38.880,00	47.044,80	SUPERA PRECIO DE LICITACIÓN				
24	Lote 24: Catéter balón PTA para tratar estenosis intracraneales. Balón compliance con diámetros de balón de 1.5 a 4 mm y longitud de 8 mm. Catéter coaxial de doble lumen con una luz de 0.0165". Longitud útil de 150 cm. Debe permitir la implantación de prótesis compatibles de hasta 5.5 mm a través de la luz del balón.	ANGIONAUTIX, S.L.	6.000,00	SI	5.994,00	7.252,74	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	6	30	70,00	100,00
25	Lote 25: Microguía con segmento proximal de acero inoxidable recubierto con PTFE y segmento distal de nitinol con zona radiopaca de platino. Tratamiento de HYDROSPEED. Radiopaca. Dispositivo de presión orientable. Diámetros de 0.007" y 0.008". Longitud de 210 cm.	BALT SPAIN MEDICAL S.L.	13.650,00	SI	13.620,00	16.480,20	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	10	30	70,00	100,00
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	No cumple por falta de tratamiento hydrospeed								
26	Lote 26: Microguía con hipotubo distal con microestructura de nitinol, núcleo de alambre proximal redondeado de acero inoxidable, punta de coil de platino-tungsteno, núcleo de alambre distal con cinta plana. Segmento distal 35 cm. Diámetro externo 0.014" distal y proximal Longitud de 200 y 300 cm. (suave, premoldeada y estandar)	STRYKER IBERIA S.L.	35.800,00	SI	35.000,00	42.350,00	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	12	30	70,00	100,00
27	Lote 27: Microguía de nitinol con núcleo interno tipo Scitanium, con segmento distal con recubrimiento hidrofílico, radiopaco de 39 cm. Punta distal moldeable de 2 cm de longitud. Diámetro proximal de 0.0155 in y distal de 0.014 in. Longitud 205 cm. Debe incluir introductor de guía y dispositivo de torsión. (Suave y floppy)	STRYKER IBERIA S.L.	10.740,00	SI	10.500,00	12.705,00	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	7	30	70,00	100,00
28	Lote 28: Microguía con tecnología híbrida de nitinol y acero inoxidable, recubrimiento hidrofílico hidratante. Núcleo distal de nitinol resistente a torceduras. Punta recta y moldeable de 1.4 cm. Punta radiopaca de 3 cm. Incluye mandril, vaina de inserción y torque. Diámetro proximal 0.014 in y distal 0.012 in. Coil distal de platino mejora visibilidad en fluoroscopia.	GRIFOLS MOVACO, S.A.	13.738,20	SI	22.056,00	26.687,76	SUPERA PRECIO DE LICITACIÓN				



29	Lote 29: Kit de aguja de microondas con sistema patentado para el atrapamiento de las microondas reflejadas. Circuito hidráulico pre-montado para enfriamiento del mango y del cable MW. Cánula con marcadores de profundidad y amplia banda blanca entre los 3 y 4 cm desde la punta. Punta piramidal. Termopar incorporado. Marcador de profundidad y posicionamiento, deslizante. Muy buena visibilidad en ultrasonidos y en tomografía computarizada. Rendimiento coagulativo adaptable: de 2 a 5,7 diámetros transversales de ablación con la misma sonda, al cambiar la potencia de tratamiento y el tiempo. Calibre 11, 14 y 16G. Longitud de la aguja 150, 200 y 270 mm. Versión cable desconectable. Bisturí desechable para pre incisión en la piel del paciente. Talla quirúrgica con orificio. Aplicador con esponja para desinfectar la piel del paciente. Porta cables deslizantes autoadhesivos El adjudicatario de este lote deberá ceder el equipamiento necesario de microondas, incluyendo el mantenimiento preventivo y correctivo, y la formación a lo largo del periodo de vigencia del contrato, según plan presentado por licitador.	CIRUGIA ORTOPEdia Y MEDICINA MEDCOR S.L.	20.400,00	SI	19.200,00	23.232,00	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	35	30	70,00	100,00
30	Lote 30: Filtro de protección embólica de poliuretano con poro de 110 micron para permitir flujo continuo sanguíneo. Loop de nitinol suspendido para aposición de 360º con pared arterial. Perfil de 3.2F y funda recubierta de silicona para facilitar paso a través de la lesión. Vaina de liberación diseñada para maximizar la expansión del filtro. Coil distal radiopaco. Guía de 0.014" cubierta por PTFE. Para arterias de 3.5 a 5.5 mm de diámetro.	WORLD MEDICA,S.L.	6.000,00	SI	5.994,00	7.252,74	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	12	30	70,00	100,00
31	Lote 31: Filtro de protección embólica monorraíl de nitinol con forma cónica. Perfil de 6 F compatible con guías de trabajo 0.014 y 0.018. Diámetros desde 3 hasta 7mm y longitudes desde 190 hasta 320 cm. Marcador blanco en el puerto de salida de la guía principal. Filtro con hipotubo flexible. Marcadores radiopacos en toda la circunferencia del filtro.	WORLD MEDICA,S.L.	7.200,00	SI	5.994,00	7.252,74	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	12	30	70,00	100,00
32	Lote 32: Stent retriever para reestablecer el flujo en la vasculatura cerebral. Guía de nitinol flexible unido a stent extractor auto-expandible y radiopaco de nitinol. Diseño tubular del stent, con celdas alineadas en configuración espiral y orientación en vertical de la malla. Recubrimiento hidrofílico del stent. Vaina introductora. Dos zonas con diferente fuerza radial. Radiopaco por filamentos de platino y marcadores de platino en extremos. Guía portadora de nitinol y de 180 cm de longitud, últimos 70 cm del núcleo se conifica de 0.018 a 0.010". Marcador ribeteado negro. (de al menos 6x25mm y 6x 40mm)	BALT SPAIN MEDICAL S.L.	NO cumple, no presenta dos zonas de diferente fuerza radial								
		MEDTRONIC IBERICA, S.A.	NO cumple, el núcleo no conifica de 0,18 a 0,10								
33	Lote 33: Stent retriever para trombectomía mecánica compuesto por una cesta de nitinol autoexpandible, formado por una estructura externa, un canal interno, y una punta flexible. Esta punta distal está constituida por un coil de platino y tungsteno, presente también en el extremo proximal de la guía, para hacer posible que el dispositivo sea visible bajo fluoroscopia. La zona de trabajo del dispositivo está delimitada por dos marcadores radiopacos en la zona proximal y tres en el extremo distal de la zona externa de la cesta, en todos los modelos. Además, se añaden 4 marcadores radiopacos de platino iridiado en cada uno de los cuerpos de los segmentos centrales de algunas de las medidas. Marcadores radiopacos de oro y platino iridiado.	JOHNSON & JOHNSON S.A	37.470,00	SI	37.425,00	45.284,25	Número de medidas de la referencia ofertada en catálogo	3	30	70,00	100,00



6º. Justificación de proposición anormalmente baja CLI PAPC 2022-8-5 MANTENIMIENTO SISTEMA CLIMATIZACIÓN

Detectado que la oferta presentada por la empresa OHL SERVICIOS-INGESAN, SA es susceptible de ser considerada anormalmente baja, se comunica tal hecho a la empresa afectada para que presente cuantas alegaciones en su defensa convenga, y presentadas las mismas, se considera que éstas incluyen términos que son contrarios a lo estipulado en el pliego de prescripciones técnicas; por esta razón, se solicita que manifiesten su aceptación total de las condiciones técnicas del ppt, presentando la empresa escrito en el que reiteran los términos expresados en la justificación anteriormente presentada, por lo que y ante la manifestación reiterada de lo que supondría el incumplimiento por parte de su oferta de las condiciones técnicas exigidas en el ppt que rige el expediente, la Mesa de Contratación decide proponer, por unanimidad, la exclusión de la oferta presentada por OHL SERVICIOS-INGESAN, SA al Órgano de Contratación.

Sin más temas a tratar se levanta la sesión siendo las 11:00 horas del día arriba indicado.

LA PRESIDENTA

LA SECRETARIA

EL INTERVENTOR



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1001039068568045047333**