



备注：由于血压模块已经与我司气泵、袖带做整体算法优化，因而必须与我司提供的配件配套使用。随意调整袖带容积和气泵充气规格、可能会影响到测试结果的准确性。

原理图	PW195A V3.0 原理图			更新日期	2023-09-26
				创建日期	2023-09-15
图页	P1			物料编码	
绘制		08A血压模块封装			
审阅					
		版本	尺寸	页 1 共 1	
嘉立创EDA		V1.0	A4	合肥华科电子技术研究所	