# Kalibrierdienst Hellweg GmbH

**Kalibrierschein**

Standort: Werk Niederrhein

| Nr. | Status | Datum |
|---|---|---|
| KDH-2013-0071 | Endfassung | 18.02.2013 |

## Kalibrierschein - RLW-UT-23

### Geräteidentifikation und Prüfmittel

Instrument: GE DMS Go

Identnummer: RLW-UT-23

Vergleichskörper: K1 / K2 nach EN ISO 2400

Justierung am Vergleichskörper: Zweipunktkalibrierung für Wanddicke

### Kalibrierdaten und Rückführbarkeit

Kalibrierdatum: 18.02.2013

Gültig bis: 17.02.2014

Rückführbarkeit: Nationale Normale (PTB)

Zustand: Abweichung innerhalb der zulässigen Toleranz

### Personal und Zertifizierung

Techniker: Kalibrierdienst Hellweg GmbH

Qualifikation: EN ISO 9712 (10-Jahres-Rezertifizierung)

Industriesektor: Metallherstellung und -verarbeitung

Freigabe: ZÜS (ANG)

### Dokumenteninformation

Zertifikatsnummer: KDH-2013-0071

Einsatzort: Werk Niederrhein

Status: Ausreichende Ankopplung bei Referenzmessung bestätigt