




Cartilha de Automonitoramento do Diabetes

Manuseio das tiras reagentes e uso do aparelho medidor de glicose:


- Realizar a lavagem das mãos e secá-las antes de manusear as tiras;
- Manipular a tira reagente apenas pelo lado oposto por onde é colocada a gota de sangue;
- Abrir o frasco das tiras somente para retirar a tira a ser utilizada e **NÃO** manusear as tiras que não serão utilizadas;
- Fechar bem a tampa imediatamente após a retirada da tira;
- Manter as tiras sempre dentro da embalagem original;
- Guardar as tiras e o aparelho longe de fontes de calor, luz solar e umidade.

Realização do Teste de Glicemia:

- Realizar o teste de glicemia em local limpo e seco, longe de umidade, sujidades, fontes de água, alimentos, produtos de limpeza ou qualquer substância contaminante;
- Realizar o teste de glicemia longe de aparelhos eletrônicos ou elétricos, pois pode interferir no resultado;
- Inserir a tira no aparelho imediatamente após retirar do frasco;
- A gota de sangue deve preencher todo o espaço destinado da tira, molhando toda a superfície de contato destinada para a amostra.

Importante:

Tiras molhadas, sujas, dobradas ou amassadas devem ser descartadas!



Procure atendimento em caso de:



- Resultado do teste acima de 200 mg/dL ou abaixo de 70 mg/dL, independente de sintomas ou mal estar;
- Exame muito diferente do habitual, para mais ou para menos;
- Exame normal mas com qualquer sintoma de mal estar.

Condições que podem alterar o resultado do exame:

- Ambientes muito quentes, acima de 40° C podem interferir nos resultados;
- Os resultados em pessoas desidratadas podem ser imprecisos;
- Alguns exames laboratoriais com resultado elevado, podem alterar o resultado do teste de glicemia capilar.

Diretoria de Assistência à Saúde
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Núcleo de Gestão Assistencial



Prefeitura de
Joinville

SAÚDE