

Anexo 05. Fluxo em Caso de Suspeita de Mau Funcionamento da Incubadora

21/02/2025, 11:14

SEI/PMJ - 0024565249 - Memorando



MEMORANDO SEI Nº 0024565249/2025 - SES.UAD.CAME

Joinville, 18 de fevereiro de 2025.

Às Unidades de Saúde

Técnica

C/C: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde e Diretoria

C/C: Gerências de Distritais da Atenção Primária

C/C: Gerência de Serviços Especiais

C/C: Gerência de Assistência Farmacêutica e Laboratório Municipal

C/C: Gerência de Vigilância em Saúde

A/C: Coordenações de Unidades e de Serviços de Saúde

Assunto: Complemento do Memorando nº 0024359514/2025 SES.UAD.CAME

Cumprimos cordialmente, em complemento e correção ao que foi informado através do documento SEI nº 0024412583/2025, informa-se:

1. Na ocorrência de defeito no equipamento, a Sispack será notificada oficialmente para substituição e/ou realização do reparo em até 10 (dez) dias úteis (cláusula prevista no item 8.6), desde que seja seguido o seguinte protocolo:

SEQ	O QUE	QUEM	COMO	OBS
1	Acionar equipe técnica do SISPACK	UBSF	via telefone 011 2955-2222 (fixo) 011 98988- 8760 (whatsapp) 011 99251- 8524 (whatsapp)	Seguir orientações do técnico da empresa contratada.
2	¹ Solicitar Substituição	UBSF	² Via Formulário específico "TROCA POR DEFEITO"	Preencher detalhadamente os itens do formulário.
3	Notificar SISPACK	CAME	Depois do recebimento de Formulário específico enviado pela UBSF	³ Anexar evidências da situação ocorrida e aguardar a confirmação de recebimento.

¹ Somente se as orientações do Técnico não foram resolutivas;

² O formulário só poderá ser ACESSADO via OLOSTECH na "aba" AVISOS, pasta CRONOGRAMA CAME, por servidores que possuam conta google@joinville.sc.gov.br, ou seja, servidores com endereço eletrônico originados do ZARAFA e/ou KOPANO não terão acessos ao link do formulário que é restrito aos usuários do google@joinville.sc.gov.br;

³ O prazo de 10 dias começa a contar da data de recebimento da notificação por parte do CAME.

2. Ao realizar contato com o whatsapp da empresa contratada informe os dados do Fundo Municipal de Saúde (CNPJ: 08.184.821/0001-37) e faça um vídeo com clareza e objetividade, de forma a apontar o problema apresentado na incubadora;

3. Após as tratativas com a empresa, não sendo solucionado o problema da incubadora, o servidor com **conta google** precisará entrar no OLOSTECH e acessar o link de acesso aos formulários.

Sem mais, a Central de Administração de Materiais e Equipamentos se coloca a disposição para eventuais esclarecimentos necessários.

Cordialmente,



Documento assinado eletronicamente por **Anderson Viebranz, Gerente**, em 20/02/2025, às 09:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Alessandra Baartz Ferreira, Coordenador(a)**, em 20/02/2025, às 11:56, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024565249** e o código CRC **AF1D2DAB**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

24.0.204987-6

0024565249v10