

Secretaria da Saúde



Procedimento Operacional Padrão – POP

Data de Emissão	Data de Aprovação	Data da Vigência	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
01/06/2021	23/06/2021	23/06/2021	23/06/2023	nº 01	33	01 a 03

Nome do procedimento: Limpeza / desinfecção da Rede de Frio

Área: Diretoria de Assistência à Saúde e Diretoria de Políticas de Saúde

Setor: Unidades de Saúde com farmácias e dispensários e com salas de vacina

Executantes:

- **Responsabilidade:**
 - ✓ Farmácias: farmacêutico e/ ou profissional escalado;
 - ✓ Dispensários: profissional escalado;
 - ✓ Sala de vacinas: equipe de enfermagem.
- **Execução:**
 - ✓ Farmácias: farmacêutico e o profissional escalado;
 - ✓ Dispensários: profissional escalado;
 - ✓ Sala de vacinas: profissional da equipe de enfermagem escalado.
- **Supervisão:**
 - ✓ Farmácias: farmacêutico e, na sua ausência, o enfermeiro supervisor;
 - ✓ Dispensários: enfermeiro supervisor;
 - ✓ Sala de vacinas: enfermeiro supervisor.

Objetivo: orientar os servidores envolvidos na atividade da limpeza da Rede de Frio, garantindo o acondicionamento adequado de medicamentos e correlatos.

Recursos necessários:

- Pia com água;
- Dispenser com sabão neutro;
- Dispenser com papel toalha;
- Sabonete ou detergente líquidos;
- Papel toalha;
- Álcool 70%;
- Pano limpo;
- Recipientes para resíduos: lixeira com pedal para os diferentes tipos de resíduos;
- Equipamento individual de proteção: avental descartável, máscara cirúrgica, luva de procedimento, calçado fechado.

A Secretaria da Saúde dispõe de 2 tipos de equipamentos para a Rede de Frios:

- **Conservadoras:** exclusivas para conservação de imunobiológicos; e
- **Geladeiras de uso doméstico:** para conservação de medicamentos em farmácias e dispensários e para conservação de bobinas reutilizáveis (gelox).

Descrição do Procedimento:**Limpeza da Conservadora****1 Pré-execução**

- Realizar o remanejamento dos produtos armazenados antes do procedimento para caixas térmicas, com bobinas reutilizáveis e o termômetro de cabo extensor;
- Acondicionar os imunobiológicos em caixa térmica estabilizada entre + 2 °C e + 8 °C graus (ou geladeira, se exclusiva para bobinas de gelo e se estiver em temperatura adequada).

2 Execução

- Desligar totalmente a conservadora no botão atrás do equipamento (para que não acione a bateria) e abrir a porta;
- Proceder à limpeza da área interna apenas com pano úmido (usar sabão neutro apenas onde houver pontos visíveis de sujidade, o que costuma ser raro);
- Não jogar água no interior do equipamento;
- Enxugar tudo com pano limpo e seco;
- Limpar a **área externa** com álcool a 70%.
- Religar a conservadora e fazer os ajustes necessários;
- Aguardar até que a temperatura interna se encontre entre + 2 °C e + 8 °C;
- Recolocar os imunizantes nos lugares indicados.

3 Pós execução

- Registrar a limpeza no Mapa para Controle Diário de Temperatura, conforme POP – Rotina 21: Controle diário de temperatura da Rede de Frio;
- Ao final do mês deve-se encaminhar **cópia** física ou digitalizada do Mapa para Controle Diário de Temperatura ao Serviço de Imunização Central e arquivar uma cópia original do Mapa em uma pasta identificada na Unidade de Saúde por 5 anos;
- Nas farmácias e dispensários, o Mapa para Controle Diário de Temperatura deverá ser apresentado na Supervisão de Enfermagem e arquivado uma cópia original do Mapa em uma pasta identificada na Unidade de Saúde por 5 anos.

Observações:

- Antes de transferir os produtos para as caixas térmicas, é necessário esperar até que o ambiente interno da caixa esteja entre + 2 °C e + 8 °C (ideal: entre + 4 °C e + 5 °C). Após, colocar os produtos e vedar a caixa;
- Quando se dispõe de outra geladeira refrigerada e monitorada (com temperatura entre + 2° C e + 8° C), em vez de usar a caixa térmica, pode-se transferir os produtos para esta geladeira, enquanto é feita a limpeza na conservadora. Observação: não colocar vacinas na 1ª prateleira;
- **Limpar a câmara de conservação a cada 30 dias:** realizar os procedimentos de limpeza com estoque reduzido, preferencialmente no início da semana. NÃO limpar no final da tarde, às sextas-feiras ou antes de feriados prolongados, pois é preciso monitorar a temperatura após religar até que esta chegue na temperatura recomendada.

Referências:

1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis. Coordenação-Geral do Programa Nacional de Imunizações. **Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19**. 2ª ed. Brasília – DF: 2021. Disponível em: http://www.saude.pi.gov.br/uploads/warning_document/file/641/Plano_Nacional_de_Vacina%C3%A7%C3%A3o_Contra_a_Covid-19.pdf

[C3%A3o Covid19.pdf](#). Acesso em: 18/06/2021.

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância Epidemiológica. **Manual de rede de frio**. 5ª ed. Brasília – DF: 2017. Disponível em: https://portal.arquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2017/dezembro/15/rede_frio_2017_web_VF.pdf. Acesso em: 15/06/2021.
3. GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. Superintendência de Vigilância em Saúde. Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Gerência de Vigilância das Doenças Imunopreveníveis, Imunização e DTHA. **Manual do Treinando em Sala de Vacina**. Atualizado em fevereiro de 2019. Florianópolis – SC: DIVE, 2019.

Elaborado por: Sandrine Teuber Georgia Carina Sepka Cani	Revisado por: Flaviane Mello Lazarini	Aprovado por: Flaviane Mello Lazarini
Acesso	Disponível pelo Endereço Eletrônico	
Sistema Eletrônico de Informação (SEI)	Processo SEI 21.0.147752-6	