

Procedimento Operacional Padrão – POP				
Data da Aprovação	Próxima Revisão	Versão	Rotina	Página
10/07/2023	10/07/2025	nº 02	nº 34	01 à 04
Nome do Procedimento: Soluções degermantes, antissépticas e preparo de almotolias				
Diretoria: Diretoria de Assistência à Saúde, Diretoria de Políticas de Saúde, Diretoria Técnica				
Gerência: Gerências de Distritos Sanitário, Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial, Gerência de Serviços Especiais, Gerência de Urgência e Emergência, Gerência de Vigilância em Saúde, Gerência de Vigilância Sanitária, Gerência Técnica de Odontologia				
Serviço: Todas as Unidades com assistência ao usuário				
Executantes: Enfermeiro, Auxiliar/Técnico de Enfermagem, Técnico de Saúde Bucal				
Objetivo: Reduzir contaminação cruzada secundária por meio das mãos e almotolias				
Recursos necessários: ✓ Caixa plástica com tampa; ✓ Equipamentos de proteção individual (EPI): avental impermeável, touca, máscara, óculos e luvas; ✓ Hipoclorito de sódio 1% ou 2%; ✓ Pia com torneira e água limpa; ✓ Solução de água e detergente; ✓ 01 esponja macia; ✓ 01 escova cabo longo e ponta pequena; ✓ Frascos de solução degermantes e antissépticas.				

CONCEITO

- ✓ **Solução Degermante:** antisséptico associado a um agente tensoativo (detergente). Exemplo: clorexidina degermante 2%;
- ✓ **Solução Antisséptica:** formulação hipoalergênica, de baixa causticidade, com função de destruir microrganismos ou inibir o seu crescimento quando aplicados sobre tecidos vivos. Exemplo: clorexidina alcoólica 0,5%, clorexidina aquosa 0,2%, álcool 70%;
- ✓ **Saneante caracterizado como alvejante:** são bactericidas, virucidas, fungicidas, tuberculicidas e esporicidas, dependendo da concentração de uso. Utilizado para desinfecção de ambientes, superfícies inanimadas, alvejamento de objetos, tecidos, dentre outros. Exemplo: Hipoclorito de sódio, cálcio e lítio;
- ✓ **Antissepsia:** processo de eliminação ou inibição do crescimento dos micro-organismos na pele e mucosas, sendo realizado através da aplicação de um agente antisséptico.

As superfícies dos ambientes de serviços de saúde carregam um risco de transmissão direta de infecção, como também de contaminação cruzada secundária, por meio das mãos dos profissionais com a manipulação de dispositivos, instrumentos, equipamentos ou produtos que podem estar contaminados, assim podendo contaminar outras superfícies e até mesmo os usuários.

A adoção de medidas básicas de prevenção pode reduzir a incidência e a gravidade destas infecções. Ações simples, como a higienização das mãos e o controle de fontes ambientais, apresentam baixo custo e contribuem na prevenção da transmissão de infecções e na interrupção de surtos em estabelecimentos de saúde.

DESCRIÇÃO

1 Recomendações de uso das soluções degermantes e antissépticas

Álcool 70%

- ✓ Higienização das mãos quando as mesmas não estiverem visivelmente sujas, e quando não houver disponibilidade de local para higienização simples das mãos conforme POP – Rotina nº 23: Higienização das mãos, dando preferência para solução antissépticas e preparações alcoólicas;
- ✓ Para a desinfecção de alguns materiais médico-hospitalares conforme POP – Rotina nº 36: Limpeza e Desinfecção de superfícies;
- ✓ Higiene de superfícies após limpeza com água e sabão, conforme POP – Rotina nº 36: Limpeza e Desinfecção de superfícies.

Clorexidina degermante 2%

- ✓ Preparo das mãos do profissional de saúde, antes da realização de procedimentos invasivos asséptico (cirurgias, cateterismo vesical, entre outros);
- ✓ Degermação das mãos do profissional de saúde após cuidado do paciente colonizado ou infectado por patógenos multirresistentes em isolamento de contato, aerossóis ou gotículas.

Contra indicação: Não deve ser usada em curativos e em mucosas.

Clorexidina alcoólica 0,5%

- ✓ Preparo pré-operatório da pele do paciente após degermação local com clorexidina degermante 2%;
- ✓ Preparo da pele do paciente para realização de procedimentos invasivos percutâneos, como: biópsias, instalação de cateteres vasculares profundos, diálise, dentre outros;
- ✓ Preparo da pele do paciente antes da coleta de material biológico para a realização de exames microbiológicos e culturas.

Contra indicação: Não usar em mucosas, para a degermação/antisepsia das mãos do profissional de saúde ou para realização de curativos e lesões na pele.

Clorexidina aquosa 0,2%

- ✓ Preparo de mucosas para realização de procedimentos cirúrgicos;
- ✓ Preparo de região genital antes da instalação de cateter urinário;
- ✓ Em procedimentos odontológicos.

Contra indicação: Não usar para degermação/antisepsia das mãos de profissionais de saúde e para realização de curativos e lesões na pele.

2 Fracionamento das soluções e preparo das almotolias

- ✓ As soluções devem ser utilizadas dentro da própria embalagem sempre que possível, desde que respeitados os 30 dias de validade após a abertura ou conforme orientação do fabricante;
- ✓ Os frascos devem conter a identificação da abertura, com nome do responsável e data da abertura do produto, sem que a etiqueta de identificação cubra os dados originais do produto: nome da solução e data de fabricação;
- ✓ Devem ser mantidas fechadas com a tampa original ou com válvula borrifadora em local protegido de altas temperaturas, limpo e seco;
- ✓ Quando as almotolias estiverem em uso, o frasco não deve ser preenchido ao término da solução, sem a devida higienização do frasco;

- ✓ A presença de resíduo nas almotolias relaciona-se com alto risco de contaminação microbiana do antisséptico e constitui fonte de surto de infecções, portanto, é necessária a troca da almotolia;
- ✓ A higienização das almotolias deve ser realizada semanalmente, em imersão na solução de hipoclorito de sódio a 1%, por 30 minutos;
- ✓ As almotolias devem ser preenchidas até 50% do volume, evitando desperdício de solução;
- ✓ As soluções que possuem sistema valvulado (borrifador), poderão ser utilizadas até o fim do produto.

3 Limpeza e higienização das almotolias

- ✓ Higienizar as mãos, antes e após o procedimento, de acordo com POP – Rotina nº 23: Higienização das mãos;
- ✓ Paramentar-se com os EPIs conforme POP – Rotina nº 25: Precaução Padrão;
- ✓ Transportar as almotolias em caixa plástica fechada até o expurgo;
- ✓ Retirar as etiquetas de identificação das embalagens;
- ✓ Esvaziar as almotolias, desprezando a solução na pia;
- ✓ Lavar externamente, incluindo a tampa, com solução de água e detergente usando a esponja de limpeza;
- ✓ Usar o mesmo processo internamente utilizando a escova longa;
- ✓ Enxaguar abundantemente por dentro e por fora em água corrente;
- ✓ Imergir as almotolias em solução de hipoclorito a 1% ou 2%. Considerando uma almotolia de 1000 ml, diluir 20 ml de hipoclorito em 980 ml de água destilada por 30 minutos para desinfecção química;
- ✓ Retirar o material da solução de hipoclorito, enxaguar rigorosamente em água corrente, deixar escorrer sobre pano limpo e seco, e aguardar até secar completamente;
- ✓ Trocar as luvas para reabastecer as almotolias, preenchê-las até no máximo, 50% da sua capacidade;
- ✓ Colar as etiquetas nas almotolias identificando o tipo de solução, concentração, data do envase, data de validade contando uma semana do envase e nome do responsável pelo fracionamento;
- ✓ Retirar os EPI's e realizar a técnica de higiene simples das mãos conforme POP – Rotina nº 23: Higienização das mãos e POP – Rotina nº 25: Precaução padrão.

REFERÊNCIA

1. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Manual de Referência Técnica para a Higiene das Mãos**. Brasília – DF: 2015.
2. BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). **Segurança do Paciente em Serviços de Saúde**. Limpeza e Desinfecção de Superfícies. Brasília – DF: 2012.
3. BRASIL. Ministério da Educação. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). **Procedimento Operacional Padrão (POP): Antissepsia de pele e mucosas**. Maceió – AL: 2018.12p.
4. BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. **Portaria GM/MTE nº 485, de 11 de novembro de 2005**. Aprova a Norma Regulamentadora nº 32, que versa sobre a Segurança e Saúde no Trabalho em Estabelecimentos de Saúde. Diário Oficial da União, [da República Federativa do Brasil]. Brasília – DF: 2005.



Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
2013 Comissão de Cirurgiões Dentistas e Enfermeiros da Atenção Básica	2023 Fabiane Cherobin Manuelle Hölscher Belz	2023 Vanessa Cardoso Pacheco

Disponível em:
Sistema Eletrônico de Informação (SEI) 23.0.177095-2
Wiki da Prefeitura – https://wiki.joinville.sc.gov.br/index.php/P%C3%A1gina_principal

Alteração após Revisão			
Versão	Data	Responsável	Alteração
02	2023	Manuelle Hölscher Belz	• Unificação dos POP's higienização de almotolias e soluções degermantes; • Alteração do texto; • Alteração da validade conforme fabricantes da solução utilizada na Rede.

