

DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
DIRETORIA DE POLÍTICAS DE SAÚDE
Gerência de Enfermagem e Gestão Assistencial
Gerência de Vigilância em Saúde
Núcleo de Gestão Assistencial
Área Central de Imunização

ANEXO 01. INSTRUMENTO DE SUPERVISÃO EM SALA DE VACINA		
Nome da Unidade de Saúde:	Data:	
Nome do Enfermeiro Supervisor:	Nº COREN:	
Nome do Profissional Supervisionado:	Nº COREN:	
ASPECTOS GERAIS DA SALA DE VACINAÇÃO		
1. A sala de vacinação está em condições ideais de limpeza?	() Sim	() Não
2. Apresenta organização dos impressos e materiais?	() Sim	() Não
3. Possui Calendário Nacional de Vacinação do SUS, fixado em local visível ao usuário, com a indicação das vacinas disponibilizadas?	() Sim	() Não
4. A limpeza geral (paredes, teto, etc.) é feita no mínimo a cada quinze dias?	() Sim	() Não
5. A temperatura ambiente da sala é mantida entre 20° e 25°C? Se NÃO, qual a temperatura?	() Sim	() Não
6. Há Equipamentos de Proteção Individual (EPI) disponíveis na sala?	() Sim	() Não
7. Os EPIs estão na validade e em condições de uso?	() Sim	() Não
8. Segue a orientação do uso de EPI conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não
9. Há caixa de perfurocortante na sala?	() Sim	() Não
10. Os materiais descartados ultrapassam a linha de segurança da caixa de perfurocortante?	() Sim	() Não
PROCEDIMENTOS TÉCNICOS		
Indicação da vacina - Aplicador		
11. É realizada a higienização das mãos conforme Manual de Biossegurança (SEI nº 23.0.177095-2)?	() Sim	() Não
12. O profissional está legalmente habilitado para desenvolver as atividades de vacinação?	() Sim	() Não
13. Os profissionais envolvidos na vacinação são periodicamente capacitados em: conceitos básicos de vacinação, conservação, armazenamento, transporte, preparo e administração segura, gerenciamento de resíduos?	() Sim	() Não
14. Verifica a idade do usuário e intervalo entre as doses?	() Sim	() Não
15. Investiga a ocorrência de eventos adversos à doses anteriores?	() Sim	() Não
16. Observa situações em que o adiamento temporário da vacinação está indicado e/ou contra indicações?	() Sim	() Não
17. Orienta sobre a vacina a ser administrada?	() Sim	() Não
18. Faz o registro adequado (vacinado, vacina, dose, lote) no sistema?	() Sim	() Não
19. Realiza a entrada e saída de frascos nos sistemas SIG-Saúde Tech, SIES e SI-PNI?	() Sim	() Não

20. Fornece o comprovante de vacinação (data, vacina, dose, laboratório, lote, unidade, vacinador)?	() Sim	() Não
21. Observa o prazo de validade da vacina (FRASCO E ABERTURA), conforme Instrumento de Prazo de Utilização das Vacinas Após Abertura do Frasco?	() Sim	() Não
22. Registra data, hora e nome do profissional que abriu o frasco?	() Sim	() Não
23. A técnica de administração da vacina está correta?	() Sim	() Não
24. Orienta sobre o próximo retorno à Sala de Vacina?	() Sim	() Não
25. A equipe realiza busca ativa de faltosos mensalmente?	() Sim	() Não
26. No transporte, as vacinas são transportadas em caixa térmica mantendo as condições de temperatura indicadas pelo fabricante durante todo o trajeto?	() Sim	() Não
27. Monitora a temperatura ao longo de todo o transporte e realiza o registro de temperaturas máxima e mínima?	() Sim	() Não
REDE DE FRIO		
28. Está em estado ideal de limpeza?	() Sim	() Não
Na conservadora:		
29. Os imunobiológicos estão organizados por tipo, lote e validade (validade menor na frente, e validade maior no fundo da gaveta)?	() Sim	() Não
30. Há frascos vencidos?	() Sim	() Não
31. A quantidade de estoque é suficiente para o atendimento da demanda semanal da Unidade de Saúde?	() Sim	() Não
32. Se a resposta anterior for NÃO , a quantidade do estoque está além do necessário ou insuficiente?		
33. É mantida distância entre os imunobiológicos e as paredes da conservadora a fim de permitir a circulação de ar?	() Sim	() Não
34. Faz a leitura e o registro correto das temperaturas no início e no fim da jornada de trabalho?	() Sim	() Não
35. O mapa de Controle Diário de Temperatura está fixado em local visível?	() Sim	() Não
36. A limpeza interna é realizada a cada 30 dias?	() Sim	() Não
37. Descreva como é realizada a limpeza:		
38. O serviço dispõe de número suficiente de profissionais para atender as atividades de rotina?	() Sim	() Não
39. Caixa térmica possui termômetro para uso diário?	() Sim	() Não
40. Possui bobinas de gelo recicláveis?	() Sim	() Não
41. As bobinas de gelo encontram-se dentro da validade?	() Sim	() Não
42. A ambientação das bobinas de gelo reciclável é realizada corretamente?	() Sim	() Não
43. Faz o monitoramento da temperatura da(s) caixa(s) térmica(s) ou do equipamento de uso diário?	() Sim	() Não
Quando, por qualquer motivo, os imunobiológicos são submetidos a temperaturas não recomendadas:		
44. É comunicado imediatamente a instância hierarquicamente superior?	() Sim	() Não
45. A ficha de Notificação de Exposição de Imunobiológicos à Temperatura Inadequada é preenchida e enviada via e-mail para a Central de Imunização?	() Sim	() Não
46. As vacinas sob suspeita são mantidas em temperatura de +2°C a +8°C, até que ocorra a avaliação técnica?	() Sim	() Não
EVENTOS SUPOSTAMENTE ATRIBUÍVEIS À VACINAÇÃO OU IMUNIZAÇÃO		

[illegible]

Necessita de visita técnica da Central de Imunização?

() Sim () Não

Carimbo e Assinatura do Profissional Supervisionado

**Carimbo e Assinatura do
Enfermeiro Supervisor**

Observações:

Na identificação de não conformidade durante a supervisão do enfermeiro na Sala de Vacina que necessitar de uma visita e/ou ação por parte da equipe da Central de Imunização, a Coordenação da Unidade de Saúde deverá encaminhar cópia do Instrumento de Supervisão em Sala de Vacina para o e-mail ses.uvc.aci@joinville.sc.gov.br, solicitando visita técnica;

Na Central de Imunização, os enfermeiros avaliam o Instrumento de Supervisão e agendam visitas técnicas quando for solicitada e/ou quando houver maior necessidade de intervenção.

A Supervisão de Enfermagem em Sala de Vacina poderá ser solicitada via e-mail ou telefone pelo Serviço de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica e/ou pela Responsável Técnica (RT) de Enfermagem da Secretaria da Saúde, sempre que necessário.