SAPHYMO

Constat de vérification

VSO EDF du : 13/12/2016

Nom : Marc Lestang

Visa : Mail du 20/12/2016

BPE du : 27/12/2016

Numéro de constat :	
Délivré à :	
Date de vérification :	
Nom de l opérateur :	

INSTRUMENT VERIFIE :

Désignation	Constructeur	Type	N° série	Identif. client	Identifiant
Sonde Béta	NARDEUX	SBMF			

Etat en entrée	Intervention réalisée	Etat en sortie	JUGEMENT
☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Réparation ☐ Vérification ☐ Chg^{t} ☐ batteries Ajustage ☐ Retour en l état	☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Conforme ☐ Conforme après intervention ☐ Non conforme Aux conditions d acceptation définies dans la procédure : 29289959

EQUIPEMENTS DE REFERENCE :

Les équipements utilisés étaient de spécifications égales ou supérieures à celles requises dans la procédure du constructeur. Leur niveau de raccordement et la validité de ceux-ci étaient conformes aux exigences de notre système qualité.

Liste des équipements de mesure utilisés :

- Source de ^{60}Co de type ESAL20 ou CKRB9414 de 1 à 4KBq ± 20% n° : Activité en Bq :
- MIP 10 n°: ou MIP 21 n° ou ECS1 n° : ou ECM21 n° :

INCERTITUDES : Les tolérances d acceptation tiennent compte des incertitudes de mesure.

LE RESPONSABLE : Nom : D. VOILLOT Fonction : Signature :

MESURES REALISEES :

Opération	Tolérance	Valeur avant ajustage	Valeur après Ajustage	Observation
4.2 Contrôle général				
Contrôle d aspect	Conforme			
4.3 Contrôle du bruit de fond				
Bruit de fond	≤ 1 c/s			
4.4 Contrôle du rendement				
Rendement ^{60}Co sur 4π	11 ≤ ≤ 16 %			

COMMENTAIRES :

La reproduction de ce constat n est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d un certificat d étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.