SAPHYMO

01/09/2015

Passage à l'état BPE sans réponse EDF parvenue avant le début de l'intervention

Constat de vérification

Numéro de constat :

Délivré à :

Date de vérification :

Nom de l'opérateur :

INSTRUMENT VERIFIE :

Désignation	Constructeur	Type	N° série	Identif. client	N° parc GMAO
Sonde Gamma	**NARDEUX**	**SMIG**			

Etat en entrée	Intervention réalisée	Etat en sortie	JUGEMENT
☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Réparation ☐ Vérification ☐ Chg^{t} batteries ☐ Ajustage ☐ Retour en l'état	☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ **Conforme** ☐ **Conforme après intervention** ☐ **Non conforme** Aux conditions d'acceptation définies dans la procédure : 29289959

EQUIPEMENTS DE REFERENCE :

Les équipements utilisés étaient de spécifications égales ou supérieures à celles requises dans la procédure du constructeur. Leur niveau de raccordement et la validité de ceux-ci étaient conformes aux exigences de notre système qualité.

Liste des équipements de mesure utilisés :

- Source de ^{60}Co de type ESAL20 de 1 à 4KBq ± 20% n° : Activité en Bq :
  Ou source de ^{60}Co de type EGSB de 10 à 30 KBq ± 20% n° : Activité en KBq :
- MIP10 n° :

INCERTITUDES : Les tolérances d'acceptation tiennent compte des incertitudes de mesure.

LE RESPONSABLE : Nom : D. VOILLOT Fonction : Responsable Maintenance Signature :

MESURES REALISEES :

Opération	Tolérance	Valeur avant ajustage	Valeur après Ajustage	Observation
4.2 Contrôle général				
Contrôle d'aspect	Conforme			
4.3 Contrôle du bruit de fond				
Bruit de fond	≤ 30 c/s			
4.4 Contrôle du rendement				
Rendement ^{60}Co sur 4π	9 ≤ ≤ 15 %			

COMMENTAIRES :

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.
Un équipement jugé conforme satisfait au "contrôle périodique de l'étalonnage" défini dans l'arrêté du 26 octobre 2005.