Constat de vérification

Date VSO EDF : Passage BPE en l'absence de réponse sous 1 mois

NOM et VISA : -

Date BPE : 30/05/2023

Numéro de constat :

Délivré à :

Date de vérification :

INSTRUMENT VERIFIE :

Désignation	Constructeur	Type	N° série	Identification client	Localisation
Contrôleur d'échantillons	**MGPI**	**NT200**			

Etat en entrée	Intervention réalisée	Etat en sortie	JUGEMENT
☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ Réparation ☐ Vérification ☐ Ch^{t} détecteur ☐ Ajustage ☐ Retour en l'état	☐ Dans les spécifications ☐ Hors spécifications ☐ En panne ☐ Endommagé	☐ **Conforme** ☐ **Conforme après intervention** ☐ **Non conforme** Aux conditions d'acceptation définies dans la procédure : 29288602

EQUIPEMENTS DE REFERENCE :

Les équipements utilisés étaient de spécifications égales ou supérieures à celles requises dans la procédure du constructeur. Leur niveau de raccordement et la validité de ceux-ci étaient conformes aux exigences de notre système qualité.

Liste des équipements de mesure utilisés :

- Source S3 ou S4 de ^{60}Co de type ESAL20 de 2 à 6KBq ± 20% n° : Activité en Bq :
- Source S11 de ^{241}Am de type ESAL20 de 200 à 600Bq ± 20% n° : Activité en Bq :
- Source S14 de ^{90}Sr de type ESAL20 de 2 à 8KBq ±20% n° : Activité en Bq :

INCERTITUDES : Les tolérances d'acceptation tiennent compte des incertitudes de mesure.

EXECUTANT : Nom : Signature :

CONTROLEUR TECHNIQUE : Nom : Signature :

MESURES REALISEES : (SO = SANS OBJET ; C = CONFORME ; NC = NON CONFORME)

Opération	Tolérance	Valeur avant ajustage	Valeur après Ajustage	Observation
4.2 Contrôle général				
Contrôle d'aspect	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
4.3 Contrôle fonctionnel				
Version du logiciel	V2.1X / V2.4X / V2.5X			
Présence vis de butée + propreté réglette	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Capteur de position droite et gauche	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Si existante batterie	Conforme ou SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
4.4 Contrôle des paramètres				
Impression	Sans	☐ Oui ☐ Non	☐ Oui ☐ Non	
Mode de mesure				
Mode	β + Aα	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Affichage	Unité	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Affichage public (pour v2.1)	Non ou SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
Paramétrage				
Langue	Français	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Format de date	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Date et heure	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Contrôle des détecteur Mes et Comp (pour v2.1)	Oui ou SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
Frottis				
Temps de Mesure : β :TpsActMin 10s α : TpsActMin 100s β :ActMin 0,2 α :ActMin 0,02 β :TpsActMax 30s α : TpsActMax 100s β :CptMax 1000 α :CptMax 1000	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Limite de classe : β :classed<0,00 α : classed<0,00 β :public<0,40 α :public<0,04 β :transnuc<4,00 α : transnuc<0,40 β :contamine=4,00 α :contamine=0,40	Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Affichage public (pour v2.4/v2.5)	Non ou SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.

Constat de vérification

Numéro de constat :

Opération		Tolérance	Valeur avant ajustage	Valeur après Ajustage	Observation
Choix de surface de prélèvement Surface 1 → 0,030m² « Valid.Surf.Prlv » oui Surface 2 → 0,010m² Surface 3 → 0,200m² Surface 4 → 0,000m²		Conforme	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Frottis		Oui	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Unité		Bq/cm²	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Rendement de frottis		10%	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
Rendement source α		25%	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
Rendement source β		50%	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
Si rendement source commun pour α et β		50%	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
Détecteur					
Contrôle des détecteur Mes et Comp (pour v2.4 /v2.5)		Oui ou SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
Bruit de fond (pour v2.4/v2.5)		Dynamique ou SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
4.5 contrôle du Bdf					
Comptage voie mesure : Cpt. Mes		10 ≤ ≤ 30 cps/60s			
Comptage voie compensation : Cpt. Comp		10 ≤ ≤ 30 cps/60s			
4.6 Réglage coeff. de mesure / Bdf					
Cpt. Mes / Cpt. Comp sur 300s		50 ≤ ≤ 200%			
4.7 Réglage seuil auto α					
Seuil avec la source de ^{90}Sr sur 30s		mV			
4.8 contrôle des Rendement					
Rendement β au ^{60}Co **sur 2π** sur 60s		26 ≤ ≤ 34%			
Rendement α à ^{241}Am **sur 2π** sur 60s		24 ≤ ≤ 32%			
Si rendement source commun pour α et β Rendement α à ^{241}Am **sur 2π** sur 60s		12 ≤ ≤ 16%	☐ **SO**		
4.9 Calibration si nécessaire (rendement non conforme) ☐ **SO**					
Plateau β	Point de fonctionnement	V	☐ **SO**		
	Rendement	26 ≤ ≤ 34%	☐ **SO**		
Plateau α	Point de fonctionnement	V	☐ **SO**		
	Rendement	24 ≤ ≤ 32%	☐ **SO**		
	Si rendement source commun α et β	12 ≤ ≤ 16%	☐ **SO**		
4.10 contrôle de la réponse avec source					
Contamination β au ^{60}Co sur 4 π (Bq/cm²)		Asβ à ± 20%			
Contamination α à ^{241}Am sur 4 π (Bq/cm²)		Asα à ± 20%			
4.11 contrôle de la réponse avec frottis propre					
Moyenne de 10 mesures		0 ≤ ≤ 0,05 Bq/cm²	☐ C ☐ NC	☐ C ☐ NC	
5.0 contrôle technique renforcé					
5.1 Vérification des paramètres du § 4.4 sur ticket d'impression (Nom, Visa, Date) à apposer sur le ticket		Conforme	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	
5.2 Si ticket d'impression absent, vérification des paramètres du § 4.4 avec l'appareil		Conforme	☐ C ☐ NC ☐ SO	☐ C ☐ NC ☐ SO	Nom : Visa : Date :

COMMENTAIRES :

La reproduction de ce constat n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.
Ce document ne peut pas être utilisé en lieu et place d'un certificat d'étalonnage.
Ce document est réalisé conformément à la norme NF X 07-011 définissant le constat de vérification.