SINTEF

Organisatorisk enhet Lab Community Oslo
Lokasjon Kjemilaboratoriet
Utstyr / Aktivitet Rengjøring av utstyr

Dato 26.06.2023
Vurdert av LARS DOKMO, LINE DØSSLAND
Linjeleder ESKILD DAHL

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell			
Rengjøring av utstyr innvendig med salpetersyre 65 % som fortynnes til 0,5 %, der kolber forseglet med kork står i skap og begerglass står på stålbenk og alt er godt merket.	Sprut og søl på person.	Bruker verneutstyr i henhold til de krav som gjelder for kjemikaliene. Det er nøddusj og øyeskylling i laboratoriet. Brukt syrevann helles i egen oppsamlingsdunk.	B2	B1	B1	B1								
Rengjøring av utstyr innvendig med salpetersyre 65 % som fortynnes til 0,5 %, der kolber forseglet med kork står i skap og begerglass står på stålbenk og alt er godt merket.	Søl som gir skader på inventar.	Arbeider på stålbenk. Har god plass på benken. Forsiktighet ved håndtering av kolber og glass for å unngå at disse knuses.	B2	B1	B1	B1								
Utvendig rengjøring av utstyr med aceton	Innånding av acetondamp.	Bruker verneutstyr i henhold til de krav som gjelder for kjemikaliene.	A3											
Utvendig rengjøring av utstyr med aceton	Innånding av acetondamp. Aceton på hud eller i øynene.	Bruker verneutstyr i henhold til de krav som gjelder for kjemikaliene. Det er nøddusj og øyeskylling i laboratoriet.	A3											