SINTEF

Organisatorisk enhet Lab Community Oslo
Lokasjon Sagrom
Utstyr / Aktivitet Kjeftknuser

Dato 03.05.2021
Vurdert av LARS DOKMO, ARNE GUNNAR BRUUN
Linjeleder ESKILDE DAHL

Delaktivitet	Mulig uønsket hendelse	Eksisterende barrierer	Risikoverdi med eksisterende tiltak				Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan)	Risikoverdi med nye tiltak				Ansvarlig	Dato	Status
			Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell		Menneske	Ytre miljø	Omdømme	Økonomi / materiell			
Mating av prøver	Hender kommer i klem i maskinen	Maskinen har mating på toppen med en utforming som gjør at det ikke er mulig å nå ned med hendene dit det er bevegelige deler.	B1											
Knusing av prøver	Det sputer steinbiter ut av maskinen som treffer operatøren.	Matetrakta er utformet slik at det ikke er mulig at det spruter steinbiter opp av hullet der det mates.	B1											
Knusing av prøver	Eksponering for steinstøv	Operatøren bruker støvmaske med filter. Det benyttes avsug med fleksibel arm som settes over utblåsning av støv.	B2											
Knusing av prøver	Eksponering for støy	Det benyttes hørselvern.	B2											
Knusing av prøver	Plater som knuser slås i stykker på grunn av for stram innstilling	Operatører av maskinen har egen opplæring og vet dermed innenfor hvilke intervaller maskinen skal innstilles.				C1								
Smøring av nipler som en del av vedlikehold	Maskinen startes mens smøring utføres.	Maskinen har forriglingsmekanisme som gjør at den ikke kan startes når døra inn til bevegelige deler er åpen.	A2											