SINTEF

**Organisatorisk enhet** Lab Community Oslo
**Lokasjon** Sagrom
**Utstyr / Aktivitet** Diamantsag med stort sagblad

**Dato** 28.06.2023
**Vurdert av** LARS DOKMO, ARNE GUNNAR BRUUN, CONG PHAM
**Linjeleder** ESKILD DAHL

| Delaktivitet | Mulig uønsket hendelse | Eksisterende barrierer | Risikoverdi med eksisterende tiltak | | | | Nye barrierer / risikoreduserende tiltak (handlingsplan) | Risikoverdi med nye tiltak | | | | Ansvarlig | Dato | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Menneske | Ytre miljø | Omdømme | Økonomi / materiell | | Menneske | Ytre miljø | Omdømme | Økonomi / materiell | | | |
| Tilgang til rommet | Personskade fordi ikke godkjente operatører bruker utstyr i rommet. | Rommet er låst med nøkkel som oppbevares i skap med begrenset tilgang. | B2 | | | | | | | | | | | |
| Bruk av saga | Personskade på grunn av feil bruk. | Det er kun operatører med dokumentert opplæring som bruker utstyret.<br>Følger sjekkliste for bruk som henger på utstyret. | B2 | | | | | | | | | | | |
| Saging av prøvestykker | Eksponering for støv. | Vann spyles på ved saging og hindrer dermed støvutvikling. | B2 | | | | | | | | | | | |
| Saging av prøvestykker | Personskade på grunn av kiling av det som sages slik at biter treffer operatør. | Saga brukes kun av operatører med godkjent opplæring. | A2 | | | | | | | | | | | |
| Saging av prøvestykker | Sagbladet skjærer ned i sagbordet. | All saging skjer med pall liggende oppå sagbordet, slik at man sager ned i treverk når sagbladet kommer gjennom prøvestykket. | | | | B1 | | | | | | | | |
| Saging av prøvestykker | Prøvestykke faller ned / dras med av sagblad og slynges på operatør. | Prøvestykker festes i riktig posisjon før saging starter. | A2 | | | | | | | | | | | |
| Saging av prøvestykker | Eksponering for støv fordi det sages uten tilførsel av vann. | Bruker støvmaske og punktavsug. | A2 | | | | | | | | | | | |
| Saging av prøvestykker | Operatørens klær forurenses fra sprut av vann og betongslam. | Bruker eget forkle i plast. | A2 | | | | | | | | | | | |
| Saging av prøvestykker | Slam renner ut i offentlig avløp. | Sedimenteringskum som samler opp slammet.<br>Tømming av kum ligger inne som oppgave i utstyrsdatabasen og det sendes varsel til romansvarlig om når det skal gjøres.<br>Ut over rutine med varsling om tømming er det jevnlig visuell kontroll av mengde slam i kum.<br>Logg på at det tømmes fylles ut ved tømming. | | A2 | | | | | | | | | | |