مخازن طبی آبادیس
Abadis Med

راهنمای نصب مخازن بر روی کنسول

مرحله ۱:

بر روی کنسول فلزی ابتدا گیره دیواری را در قسمت مناسب قرار داده تا زمانی که مخزن را روی گیره سوار می کنیم فضای کافی برای تعویض کیسه ها داشته باشد.



مرحله ۲:

بعد از پیدا کردن قسمت مناسب گیره دیواری سوراخ های داخل گیره ها را با یک مارکر علامت می زنیم برای سوراخ کردن کنسول فلزی که غالبا از جنس آلومینیوم است از پیچ سر مته ۱۵ میلی متر استفاده می کنیم که اگر لوله های مسی سیالات پشت کنسول از قسمت نا مناسب رد شده بود سوراخ نشود و همچنین باعث نشتی نگردد.



مرحله 3:

بعد از نصب گیره اگر مخزن دو و سه لیتری نصب می شود اتصالT و کانکشن را روی مخزن سوار میکنیم.



مرحله ۴:

مرحله بعد مخزن ها را روی گیره به صورت کشویی از قسمت بالا روی گیره سوار میکنیم.



مرحله ۵:

بعد از نصب، از خروجی وکیوم (غالبا از رگولاتور استفاده می شود) تا مخزن ساکشن را سایز میکنیم و شلنگ سیلیکونی سایز ۱۳*۷ را برش زده از یک سمت به خروجی وکیوم و طرف دیگر شلنگ را در صورت نصب مخزن دو و سه لیتری به اتصال T شکل و در صورت نصب مخزن یک لیتری به کانکشن وکیوم آبادیس وصل میکنیم.

