مخازن طبی آبادیس
Abadis Med

راهنمای نصب مخازن بر روی پایه پرتابل

توضیحات:

برای نصب بر روی دستگاه پرتابل به نوع و مدل دستگاه باید توجه شود غالب دستگاه های استفاده شده در مراکز درمانی دستگاه های مدلا و صا ایران می باشد که دارای یک پروفیل در زیر قسمت موتور دستگاه ها می باشد . شرکت مخازن طبی آبادیس برای نصب مخازن های ساکشن یک نوع گیره پرتابل طراحی نموده که بر روی پروفیل این نوع دستگاه ها نصب می شود و نحوه نصب آن مرحله به مرحله توضیح داده شده است.



مرحله ۱:

گیره پرتابل از دو قسمت تشکیل شده که با دو پیچ سایز M۴ به هم متصل می شود.



مرحله ۲:

پروفیل دستگاه های پرتابل مابین این دو قسمت قرار می گیرد و با سفت کردن پیچ ها گیره بر روی پروفیل دستگاه پرتابل فیکس می شود.



مرحله ۳:

سپس بر روی مخزن های دو و سه لیتری اتصال T و کانکشن را متصل میکنیم.



مرحله ۴:

در این مرحله از خروجی دستگاه پرتابل تا اتصال T شکل در مخزن های دو و سه و کانکتور وکیوم در مخزن های یک سایز می کنیم و شلنگ سیلیکونی سایز ۱۳*۷ را برش زده یک سمت شلنگ را به خروجی دستگاه ساکشن پرتابل و سمت دیگر را به اتصال T شکل در مخزن های دو و سه و کانکتور وکیوم در مخزن های یک وصل می کنیم.



مرحله ۵:

برای تست عدم نشتی وکیوم خروجی دستگاه ساکشن پرتابل را کین می کنیم تا حداکثر میزان فشار منحنی را بسنجیم سپس با بستن مسیر وکیوم مخزن (سوراخ داخل مخزن و کانکتور وکیوم) اگر به میزان حداکثر فشار وکیوم دستگاه ساکشن پرتابل پر شود در اتصالات نصب شده هیچ گونه نشتی وجود ندارد.

