

Přehled

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejková

Glukóza

Průměrná Glukóza

10,0 mmol/L

Čas v rozmezí



Použití Senzoru

Dny s daty CGM
90 %
27/30

Směrodatná Odchylka

3,8 mmol/L GMI **7,6** %

Cílové rozmezí:

Den (6:00–23:30): 3,9–10,0 mmol/L
Noc (23:30–6:00): 4,2–12,0 mmol/L


Průměrný počet kalibrací za den
0,0

Nejčastější vzory

Pacient Julie Rejková má vzor denních vysokých hodnot
Pacient Julie Rejková má v období od 21:00 do 21:15 výrazně vysoké hladiny.

Julie Rejková měl/a z hlediska hladiny glukózy nejlepší den 10. října 2023
Podle údajů pacienta Julie Rejková se hladina glukózy pacienta pohybovala v cílovém rozmezí asi 80 % dne.

Tento graf ukazuje vaše data zprůměrovaná za 30 dní/dny.



Přehled

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

Zařízení

Dexcom G6 Mobile App

CGM ID

Sériové číslo	iPhone
Nahráno	20. října 2023
Model	G6

Nastavení výstrah pro zařízení

Obecné

Nízká	Zapnuto	3,3 mmol/L
Opakovat při nízkých hodnotách	Zapnuto	30 min
Vysoký	Zapnuto	8,0 mmol/L
Opakovat při vysokých hodnotách	Zapnuto	40 min
Tempo klesání	Vypnuto	
Tempo stoupání	Vypnuto	
Urgentní nízká hladina glukózy	Zapnuto	3,1 mmol/L
Opakování – urgentní nízká hladina glukózy	Zapnuto	30 min
Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	Zapnuto	
Opakování – urgentní riziko nízké hladiny glukózy	Zapnuto	30 min
Ztráta signálu	Vypnuto	

Naplánováno – Den

Stav: Zapnuto ne, po, út, st, čt, pá, so 9:20 - 21:30	Zapnuto	3,5 mmol/L
Nízká Opakovat při nízkých hodnotách	Zapnuto	20 min
Vysoký Opakovat při vysokých hodnotách	Zapnuto	8,0 mmol/L
Tempo klesání Tempo stoupání	Vypnuto	50 min
Urgentní nízká hladina glukózy	Zapnuto	3,1 mmol/L
Opakování – urgentní nízká hladina glukózy	Zapnuto	30 min
Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	Zapnuto	
Opakování – urgentní riziko nízké hladiny glukózy	Zapnuto	30 min
Ztráta signálu	Vypnuto	

Přehled

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

Zařízení

Dexcom G5 Mobile App

CGM ID

Sériové číslo	iPhone
Nahráno	12. června 2020
Model	G5

Nastavení výstrah pro zařízení

Obecné

Nízká	Zapnuto	3,9 mmol/L
Opakovat při nízkých hodnotách	Zapnuto	15 min
Vysoký	Zapnuto	12,9 mmol/L
Opakovat při vysokých hodnotách	Zapnuto	40 min
Tempo klesání	Vypnuto	
Tempo stoupání	Vypnuto	
Urgentní nízká hladina glukózy	Zapnuto	3,1 mmol/L
Opakování – urgentní nízká hladina glukózy	Zapnuto	30 min
Ztráta signálu	Vypnuto	

Vzorce

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

CGM: Výstraha Aktivita/Cvičení Jídlo/Sacharidy Rychle působící inzulin Dlouho působící inzulin Glykémie Zdraví Kalibrace


Vysoké hodnoty denního času

Pacient Julie Rejlková má vzor denních vysokých hodnot

Pacient Julie Rejlková má v období od 21:00 do 21:15 výrazně vysoké hladiny.


čt 19. říj 2023

Přispělo ke vzoru: 0:00 - 0:00 14:50 - 22:55




st 18. říj 2023

Přispělo ke vzoru: 0:00 - 0:40 17:15 - 23:59



út 17. říj 2023

Přispělo ke vzoru: 0:00 - 2:45 19:40 - 23:59



Co lze zvážit

Před provedením jakýchkoli změn se poradte se zdravotnickým personálem.

- Zvažte úpravu bazálního inzulinu.
- Zvažte úpravu inzulinu v čase jídla, úpravu dávky inzulinu nebo načasování podání inzulinu.
- Zvažte vliv činnosti nebo výběru potravin.

Vzorce

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023


CGM: Výstraha Aktivita/Cvičení Jídlo/Sacharidy Rychle působící inzulin Dlouho působící inzulin Glykémie Zdraví Kalibrace
 Poznámka

Nejlepší den

Julie Rejlková měl/a z hlediska hladiny glukózy nejlepší den 10. října 2023

Podle údajů pacienta Julie Rejlková se hladina glukózy pacienta pohybovala v cílovém rozmezí asi 80 % dne.

út 10. říj 2023



Statistika pro tento den


Průměrná Glukóza

8,5 mmol/L

Směrodatná Odchylka

2,7 mmol/L

Čas v rozmezí



Cílové rozmezí:


Den (6:00–23:30): 3,9–10,0 mmol/L
Noc (23:30–6:00): 4,2–12,0 mmol/L

Překrytí

30 dny/dní | č. 21. září 2023 - pá 20. říj 2023
Tyden 5 | so 14. říj 2023 - pá 20. říj 2023

Dexcom
CLARITY

Julie Rejková




Překrytí

30 dny/dní | čtvrtek 21. září 2023 - pátek 20. říj 2023

Týden 4 | so 7. říj 2023 - pá 13. říj 2023



Julie Rejková




Překrytí

30 dny/dní | čtvrtek 21. září 2023 - pátek 20. října 2023
Týden 3 | so 30. září 2023 - pá 6. října 2023



Julie Rejková




Překrytí

30 dny/dní | čtvrtek 21. září 2023 - pátek 20. říj 2023
Týden 2 | so 23. září 2023 - pá 29. zář 2023

Dexcom
CLARITY

Julie Rejková



Překrytí

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

Týden 1 | čt 21. zář 2023 - pá 22. zář 2023

Dexcom
CLARITY

Julie Rejková




Denní

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková


CGM: 💡 Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení 🍴 Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka

pá 20. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
0:45	Výstraha	Vysoký	8,7 mmol/L

čt 19. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
23:05	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	5,7 mmol/L
21:50	Výstraha	Vysoký	19,6 mmol/L
14:00	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L
12:30	Výstraha	Vysoký	9,8 mmol/L
8:40	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejlková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková

CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení ⌚ Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka

st 18. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
14:30	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
9:35	Výstraha	Vysoký	8,1 mmol/L
0:10	Výstraha	Vysoký	16,5 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejková

CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení ⌚ Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
🕒 Poznámka

út 17. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
19:20	Výstraha	Vysoký	8,1 mmol/L
18:10	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,2 mmol/L
18:00	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	3,0 mmol/L
17:50	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,9 mmol/L
16:30	Výstraha	Vysoký	8,4 mmol/L
12:10	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L
10:30	Výstraha	Nízká	3,2 mmol/L
10:25	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,1 mmol/L
10:00	Výstraha	Nízká	3,2 mmol/L
9:50	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,1 mmol/L
9:40	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	3,1 mmol/L
9:10	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,5 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejlková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková


CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení 🚫 Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka

po 16. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
18:10	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L
10:25	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
2:45	Výstraha	Vysoký	14,4 mmol/L

ne 15. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
20:00	Výstraha	Vysoký	13,9 mmol/L
18:30	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
13:35	Výstraha	Vysoký	11,9 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejlková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková

CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení 🌡 Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka

so 14. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
23:35	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
23:05	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L
22:25	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	4,1 mmol/L
21:55	Výstraha	Vysoký	9,2 mmol/L
18:15	Výstraha	Vysoký	15,1 mmol/L
7:20	Výstraha	Vysoký	14,1 mmol/L
4:45	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
1:20	Výstraha	Vysoký	10,7 mmol/L
0:30	Výstraha	Vysoký	12,4 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejlková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková


CGM: 💡 Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení �� Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka

pá 13. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
20:05	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
11:50	Výstraha	Vysoký	8,7 mmol/L
9:10	Výstraha	Vysoký	10,9 mmol/L
6:55	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L

čt 12. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
22:20	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,7 mmol/L
20:20	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
19:30	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,6 mmol/L
13:05	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
10:20	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L
9:35	Výstraha	Nízká	3,5 mmol/L
9:05	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,8 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejková


CGM: 💡 Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení �� Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
🕒 Poznámka

st 11. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
19:25	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
17:15	Výstraha	Vysoký	11,7 mmol/L
13:55	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
12:50	Výstraha	Vysoký	10,4 mmol/L
9:55	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L

út 10. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
22:40	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
15:40	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
13:20	Výstraha	Vysoký	8,5 mmol/L
10:50	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejlková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková


CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení ⌚ Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
🕒 Poznámka

po 9. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
16:55	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L
16:20	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	3,1 mmol/L
16:15	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,6 mmol/L
0:15	Výstraha	Vysoký	11,8 mmol/L

ne 8. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
11:05	Výstraha	Vysoký	8,4 mmol/L
7:50	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
4:25	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
3:45	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejlková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková

CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení ⌚ Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
🕒 Poznámka

so 7. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
22:05	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
21:20	Výstraha	Nízká	3,5 mmol/L
20:25	Výstraha	Nízká	3,4 mmol/L
19:30	Výstraha	Nízká	3,2 mmol/L
19:00	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	2,9 mmol/L
18:30	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,7 mmol/L
16:40	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,7 mmol/L
14:30	Výstraha	Vysoký	8,6 mmol/L
11:20	Výstraha	Vysoký	14,3 mmol/L
8:35	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L
4:00	Výstraha	Vysoký	13,9 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejková

CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení 🕒 Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
🕒 Poznámka

pá 6. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
16:40	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
15:05	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	4,9 mmol/L
10:55	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
8:40	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	2,3 mmol/L
8:35	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,4 mmol/L
7:20	Výstraha	Vysoký	9,2 mmol/L
6:20	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	3,1 mmol/L
6:00	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,6 mmol/L
2:10	Výstraha	Nízká	3,2 mmol/L
1:00	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	2,9 mmol/L
0:40	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,9 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejková

CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení 🍽️ Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
🕒 Poznámka

čt 5. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
23:25	Výstraha	Vysoký	11,0 mmol/L
22:15	Výstraha	Vysoký	12,8 mmol/L
20:50	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
17:40	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
14:15	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L
11:50	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
10:40	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
9:00	Výstraha	Vysoký	10,7 mmol/L
8:15	Výstraha	Vysoký	8,4 mmol/L
4:30	Výstraha	Nízká	3,2 mmol/L
4:20	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	3,0 mmol/L
4:00	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,3 mmol/L
3:05	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,2 mmol/L
1:45	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,2 mmol/L


Denní

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejková


CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení ⌚ Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka

st 4. říj 2023




Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
19:05	Výstraha	Vysoký	8,4 mmol/L
11:40	Výstraha	Vysoký	8,5 mmol/L

út 3. říj 2023



po 2. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
6:00	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,6 mmol/L
0:55	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
0:05	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejková

CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení ⌚ Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka

ne 1. říj 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
23:20	Výstraha	Vysoký	8,5 mmol/L
18:15	Výstraha	Vysoký	8,4 mmol/L
17:25	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,4 mmol/L
16:50	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	4,3 mmol/L
15:20	Výstraha	Vysoký	8,6 mmol/L
11:20	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,9 mmol/L
4:05	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
2:25	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,3 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejlková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková

CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení ⌚ Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka

so 30. zář 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
22:20	Výstraha	Vysoký	8,1 mmol/L
20:35	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
19:11	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	4,2 mmol/L
15:30	Výstraha	Vysoký	8,5 mmol/L
14:20	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L
12:45	Výstraha	Vysoký	8,5 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejlková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková


CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení 🕒 Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka

pá 29. zář 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
22:35	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
19:40	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L
11:55	Výstraha	Vysoký	8,5 mmol/L
11:10	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,4 mmol/L
9:10	Výstraha	Nízká	3,2 mmol/L
9:00	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	3,1 mmol/L
8:40	Výstraha	Nízká	3,3 mmol/L
5:40	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	3,1 mmol/L
5:15	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,4 mmol/L
0:10	Výstraha	Vysoký	9,9 mmol/L

čt 28. zář 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
14:10	Výstraha	Vysoký	13,2 mmol/L
0:25	Výstraha	Vysoký	10,5 mmol/L


Denní

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková


CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení 🚫 Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka

st 27. zář 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
19:15	Výstraha	Vysoký	15,4 mmol/L
12:55	Výstraha	Vysoký	8,6 mmol/L
9:55	Výstraha	Vysoký	8,5 mmol/L
1:40	Výstraha	Vysoký	11,0 mmol/L

út 26. zář 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
17:35	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
14:40	Výstraha	Vysoký	8,1 mmol/L
13:35	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	4,2 mmol/L
12:10	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
9:20	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
7:10	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L

Denní

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková


CGM: 💡 Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení 굶 Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
🕒 Poznámka

po 25. zář 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
17:30	Výstraha	Vysoký	8,3 mmol/L
11:30	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
9:20	Výstraha	Vysoký	8,4 mmol/L

ne 24. zář 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
17:20	Výstraha	Vysoký	8,4 mmol/L
9:20	Výstraha	Vysoký	16,1 mmol/L
3:20	Výstraha	Vysoký	11,5 mmol/L
2:50	Výstraha	Vysoký	11,4 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejlková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková


CGM: ⚠️ Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení 🕒 Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka

so 23. zář 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
16:55	Výstraha	Vysoký	14,2 mmol/L
13:15	Výstraha	Vysoký	8,6 mmol/L
12:35	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	2,9 mmol/L
12:00	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	4,3 mmol/L
10:20	Výstraha	Vysoký	15,2 mmol/L
4:25	Výstraha	Vysoký	8,0 mmol/L
1:15	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	4,5 mmol/L

pá 22. zář 2023



Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
20:15	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L
18:45	Výstraha	Vysoký	10,9 mmol/L
8:35	Výstraha	Vysoký	8,2 mmol/L

Denní


30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

dexcom
CLARITY
Julie Rejlková

Denní zobrazení pro pacienta Julie Rejlková

CGM: 💡 Výstraha 🏃 Aktivita/Cvičení 📊 Jídlo/Sacharidy 🕒 Rychle působící inzulin 🕒 Dlouho působící inzulin 🕒 Glykémie 🕒 Zdraví 🕒 Kalibrace
📝 Poznámka


čt 21. zář 2023




Čas	Událost	Podrobnosti	Glukóza
11:30	Výstraha	Vysoký	8,9 mmol/L
10:35	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	2,6 mmol/L
10:25	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,2 mmol/L
10:15	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	2,8 mmol/L
10:10	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,1 mmol/L
10:05	Výstraha	Urgentní nízká hladina glukózy	2,8 mmol/L
10:00	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,4 mmol/L
9:55	Výstraha	Nízká	3,4 mmol/L
6:40	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,3 mmol/L
6:25	Výstraha	Urgentní riziko nízké hladiny glukózy	3,3 mmol/L

Porovnat

30 Dny/Dní út 22. srp 2023 - st 20. zář 2023



30 Dny/Dní čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023



Glukóza


Průměrná Glukóza

9,4 mmol/L

Směrodatná Odchylka
3,5 mmol/L

GMI
7,4 %

Čas v rozmezí



Cílové rozmezí:

Den (6:00–23:30): 3,9–10,0 mmol/L
Noc (23:30–6:00): 4,2–12,0 mmol/L

Použití Senzoru

Dny s daty CGM **80** % 24/30
Průměrný počet kalibrací za den **0,0**


Průměrná Glukóza

10,0 mmol/L

Směrodatná Odchylka
3,8 mmol/L

GMI
7,6 %

Čas v rozmezí



Cílové rozmezí:

Den (6:00–23:30): 3,9–10,0 mmol/L
Noc (23:30–6:00): 4,2–12,0 mmol/L

Použití Senzoru

Dny s daty CGM **90** % 27/30
Průměrný počet kalibrací za den **0,0**

Porovnat

30 Dny/Dní út 22. srp 2023 - st 20. zář 2023

30 Dny/Dní čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

Vzorce

Nejlepší den

Podle údajů pacienta Julie Rejlková se hladina glukózy pacienta pohybovala v cílovém rozmezí asi 85 % dne.

NOVÝ Vysoké hodnoty denního času

Pacient Julie Rejlková má v období od 21:00 do 21:15 výrazně vysoké hladiny.

Nejlepší den

Podle údajů pacienta Julie Rejlková se hladina glukózy pacienta pohybovala v cílovém rozmezí asi 80 % dne.

30 Dny/Dní út 22. srp 2023 - st 20. zář 2023

30 Dny/Dní čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

Zařízení

Dexcom G6 Mobile App

CGM ID

Sériové číslo	iPhone
Nahráno	20. října 2023
Model	G6

Dexcom G6 Mobile App

CGM ID

Sériové číslo	iPhone
Nahráno	20. října 2023
Model	G6

Dexcom G5 Mobile App

CGM ID

Sériové číslo	iPhone
Nahráno	12. června 2020
Model	G5

Dexcom G5 Mobile App

CGM ID

Sériové číslo	iPhone
Nahráno	12. června 2020
Model	G5

Denní statistika

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

☀ 6:00 - 23:30 | ■ Velmi nízký < 2,8 | ■ Nízká 2,8 - 3,9 | ■ V rozmezí 3,9–10,0 | ■ Vysoký 10,0 - 14,0 | ■ Velmi vysoká > 14,0
 ⚡ 23:30 - 6:00 | ■ Velmi nízký < 2,8 | ■ Nízká 2,8 - 4,2 | ■ V rozmezí 4,2–12,0 | ■ Vysoký 12,0 - 14,0 | ■ Velmi vysoká > 14,0

Denní statistika	po	út	st	čt	pá	so	ne
Čas v rozmezí							
% Velmi vysoká	29	7	16	5	8	26	25
% Vysoký	32	22	27	27	31	24	36
% V rozmezí	38	67	57	59	49	45	37
% Nízký	1	4	0	8	9	4	2
% Velmi nízká	0	0	0	<1	3	1	0
Počet odečtů	940	864	1031	1297	1163	1030	1152
Min.	2,8	3,0	4,0	2,4	2,2	2,2	3,1
Max.	22,3	17,4	22,3	22,0	18,3	18,5	19,8
Střední	11,5	8,9	10,2	8,6	8,8	10,7	11,5
Směrod. odchyl.	3,8	3,1	3,6	3,6	3,7	3,9	3,5
Kvartil 25	8,3	6,5	7,0	5,9	5,5	7,5	9,4
Medián	11,9	9,0	9,8	8,4	9,0	10,7	11,5
Kvartil 75	14,3	11,0	12,5	10,9	11,8	14,0	14,1
Mezikvartilové rozpětí	6,0	4,5	5,5	5,0	6,3	6,5	4,7
Mezikvart. směrod. odchyl.	1,9	1,3	1,6	1,5	1,8	1,9	1,4
Průměr SO	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
%CV	33	35	35	41	42	37	30

Hodinová statistika

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023

⌚ 6:00 - 23:30 | ⌚ 23:30 - 6:00 | █ Velmi nízký < 2,8 | █ Nízká 2,8 - 3,9 | █ V rozmezí 3,9-10,0 | █ Vysoký 10,0 - 14,0 | █ Velmi vysoká > 14,0 | █ Velmi nízký < 2,8 | █ Nízká 2,8 - 4,2 | █ V rozmezí 4,2-12,0 | █ Vysoký 12,0 - 14,0 | █ Velmi vysoká > 14,0

Hodinová statistika	0-1	1-2	2-3	3-4	4-5	5-6	6-7	7-8	8-9	9-10	10-11	11-12
Čas v rozmezí												
% Velmi vysoká	17	17	16	18	16	16	14	11	12	10	12	12
% Vysoký	25	14	14	12	14	19	27	26	14	24	25	32
% V rozmezí	57	63	59	63	63	54	46	59	69	55	54	52
% Nízký	1	4	11	7	7	10	9	2	3	10	7	4
% Velmi nízká	0	2	0	0	0	<1	4	2	2	<1	2	0
Počet odečtů	321	324	324	324	324	324	319	312	306	306	311	312
Min.	3,1	2,4	2,8	3,2	2,9	2,7	2,6	2,6	2,2	2,4	2,4	2,8
Max.	21,4	22,3	19,1	17,1	17,6	18,0	17,9	16,8	17,0	16,9	17,3	16,6
Střední	10,6	9,8	9,4	9,4	9,3	9,6	9,2	8,9	8,3	8,5	9,1	9,4
Směrod. odchyl.	3,8	4,4	4,0	4,0	3,8	4,0	4,1	3,7	3,6	3,7	3,8	3,5
Kvartil 25	7,6	5,7	6,0	5,9	6,3	6,4	6,4	6,2	5,3	5,7	6,6	6,4
Medián	10,9	9,8	9,5	9,2	8,9	9,7	8,5	8,1	7,8	8,0	9,0	9,4
Kvartil 75	13,2	12,8	12,7	12,5	12,8	13,1	13,4	12,6	10,2	11,0	11,8	11,5
Mezikvartilové rozpětí	5,6	7,1	6,8	6,6	6,5	6,7	7,0	6,4	4,9	5,3	5,2	5,0
Mezikvart. směrod. odchyl.	1,8	2,1	2,1	2,1	1,7	2,2	2,3	1,8	1,3	1,5	1,5	1,4
Průměr SO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
%CV	36	45	43	43	41	42	45	41	44	43	41	37

Hodinová statistika

30 dny/dní | čt 21. zář 2023 - pá 20. říj 2023


☀ 6:00 - 23:30 ■ Velmi nízký < 2,8 ■ Nízká 2,8 - 3,9 ■ V rozmezí 3,9-10,0 ■ Vysoký 10,0 - 14,0 ■ Velmi vysoká > 14,0
 ⚡ 23:30 - 6:00 ■ Velmi nízký < 2,8 ■ Nízká 2,8 - 4,2 ■ V rozmezí 4,2-12,0 ■ Vysoký 12,0 - 14,0 ■ Velmi vysoká > 14,0

Hodinová statistika	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-0
Čas v rozmezí												
% Velmi vysoká	12	19	21	10	13	17	18	19	25	22	20	24
% Vysoký	39	36	35	32	35	32	27	42	45	52	36	31
% V rozmezí	47	43	44	57	49	49	52	34	26	24	42	44
% Nízký	1	1	0	1	3	2	3	3	4	2	2	<1
% Velmi nízká	1	<1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Počet odečtů	301	300	300	300	300	300	309	312	312	312	312	312
Min.	2,3	2,7	4,1	3,8	2,8	3,2	3,0	2,2	3,1	3,4	3,3	4,1
Max.	17,3	17,4	19,3	16,8	16,3	19,8	22,3	20,8	17,6	22,0	20,1	18,8
Střední	9,9	10,5	11,0	9,9	9,7	10,2	10,3	10,8	11,6	11,8	11,3	11,4
Směrod. odchyl.	3,0	3,4	3,6	2,9	3,3	3,4	3,9	3,9	3,2	3,4	3,6	3,6
Kvartil 25	8,2	7,8	8,4	8,0	6,8	7,6	7,7	8,0	9,7	9,9	9,0	9,3
Medián	10,1	10,7	10,9	9,6	10,0	9,9	9,7	11,4	11,8	11,7	10,7	11,3
Kvartil 75	11,5	13,1	13,5	11,5	12,3	12,3	12,2	13,5	14,0	13,7	13,7	13,9
Mezikvartilové rozpětí	3,3	5,3	5,1	3,5	5,5	4,7	4,5	5,5	4,3	3,7	4,7	4,6
Mezikvart. směrod. odchyl.	1,0	1,5	1,6	1,0	1,6	1,2	1,1	1,6	1,1	1,1	1,5	1,3
Průmér SO	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
%CV	30	32	33	29	34	33	38	36	28	29	32	31

Čas v rozmezí

Cíle pro diabetes typu 1 a typu 2

Každé 5 % zvýšení v cílovém rozmezí je klinicky příznivé.
 1 % času v rozmezí = asi 15 minut za den



Cílové rozmezí: 3,9-10,0 mmol/L
 Velmi vysoká: Nad 13,9 mmol/L
 Velmi nízká: Pod 3,0 mmol/L

Metriky glukózy

Průměrná glukóza
 Cíl: < 8,5 mmol/L 10,0 mmol/L


GMI
 Cíl: < 7 % 7,6 %

Variační koeficient
 Cíl: < 36 % 37,9 %

Doba aktivního CGM 88,3 %


Ambulatory Glucose Profile (AGP)

AGP je souhrnem hodnot glukózy za sledované období s mediánem (50 %) a dalšími percentily zobrazenými tak, jako by se vyskytly během jediného dne.



Denní glykemický profil

Každý denní profil představuje období od půlnoci do půlnoci.



Patent v řízení - HealthPartners Institute dba International Diabetes Center - Všechna práva vyhrazena. ©2022