SEQC ML


Recomendaciones específicas para el transporte de muestras desde puntos de extracción periféricos

Contenedores y empaquetado

- Asegurar integridad y estabilidad muestras.
- Contenedor secundario y terciario rígido, robusto, a prueba de fugas, con tapa de cierre fijo.
- Etiquetado e identificación correcta del paquete.
- Debe cumplir con la normativa específica (transporte carretera y tren[1] o avión[2]).
- Reglamento General de Protección de Datos[3].

Tiempo de transporte (t)

- Menor tiempo posible (asegurar estabilidad y tiempo de respuesta).
- Asegurar que ha dado tiempo a que se forme el coágulo para evitar problemas de fibrina.
- Suero/plasma: si no se puede asegurar la integridad en la muestra sin centrifugar, proporcionar recomendaciones para la centrifugación en el punto de extracción.
  - Valorar la opción de congelación de muestras (plasma citrato, suero, plasma EDTA, orinas, etc).



Temperatura de transporte (Tª)

- Fijar para cada tipo de muestra el rango de temperatura indicado: ambiente (15-25ºC), refrigerado (4-10ºC) y congelado (-20 a -30ºC).
- Especial precaución en verano (Tª muy alta) e invierno (Tª muy baja).

Orientación de los tubos

- Disponer los tubos en posición vertical y con el tapón hacia arriba.
- El uso de tubos de suero favorece la formación del coágulo y reduce la agitación, así se disminuye la hemólisis.

Sistemas de control de Tª y t

- Idealmente debería quedar registrado en el SIL.
- Usar data logger para el control de temperaturas. Se recomienda el uso de neveras inteligentes que incorporen un sistema de trazabilidad de temperatura, GPS y detección de impactos.



Agitación

Evitar la agitación y los movimientos bruscos.

Exposición a la luz

Importante en magnitudes fotosensibles (bilirrubina, vit A y B6, porfirinas).
Proteger tubos con papel de aluminio o similar.

Tubo neumático

El laboratorio debería evaluar el efecto en las muestras:
- Tª, fuerza g, parada a la llegada al laboratorio.
- Existen sensores de control de diferentes proveedores.

Muestras con condiciones especiales de Tª y estabilidad no se pueden enviar.

(1) European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by road (ISBN 978-92-1-139165-4)

(2) Dangerous Goods Regulations (HAZMAT)

(3) Guía del reglamento General de Protección de Datos para Responsables de Tratamiento (Agencia Española de protección de datos)

GUÍAS RECOMENDADAS:
CLSI. Handling, Transport, Processing, and Storage of Blood Specimens for Routine Laboratory Examinations. 1st ed. CLSI guideline PRE04. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2023.
SEIMC. Procedimiento 1b. Recogida, transporte y procesamiento general de las muestras en el laboratorio de Microbiología. 2017

Todas las píldoras están disponibles en **www.contal.org**

Programas de Garantía Externa de la Calidad ◗ Preanalítica

ISBN: 978-84-89975-65-1

COM-EXT-23/016