
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
Exp. X-ray energy [eV]
0
1024
2048
3072
4096
5120
6144
7168
8192
MCA channel N_c
Terbium / 20260227-153740
Barium / 20260227-152912
Silver / 20260227-152010
Energy calibration fit Poly_2
$E(N_c) = 508.5 + 6.132 \cdot N_c + 1.667 \cdot 10^{-5} \cdot N_c^2$
1σ-error