

	PON-GCC-009 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Página
		1
		Fecha
		SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha: Buenos Aires, 01 de Agosto de 2023	Vigencia: 01-09-2023	Nº Páginas: 4	Revisión (3)
			Edición (3)



REALIZO: Farmacéutica Andrea Campos	
REVISO: Maximiliano Alcaraz	
APROBADO: Andrés Ohanessian	

	PON-GCC-009 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Página
		2
		Fecha
		SEPTIEMBRE 2023

1. OBJETIVO

Establecer un criterio general de actuar frente al mantenimiento y reparación de aquellos equipos pertenecientes al laboratorio de control de calidad que tienen una repercusión importante sobre la calidad de los productos o servicios ofrecidos a sus clientes.

2. APLICACIÓN

Se aplica a los instrumentos utilizados en el Laboratorio de Control de Calidad, incluidos en el Listado de Equipos de Medición.

3. RESPONSABILIDADES

Es responsabilidad de Gerencia, Gerencia Técnica, Gerencia Logística y Distribución, supervisor y personal de Fraccionamiento y Laboratorio de Control de Calidad, cumplir y hacer cumplir este procedimiento

4 DEFINICIONES


4.1 Mantenimiento Correctivo: Es aquel que se realiza cuando el equipo se avería, con el fin de devolverlo a sus condiciones normales de trabajo.

4.2 Mantenimiento Preventivo: Tareas de revisión de los elementos del equipo con el fin de detectar a tiempo posibles fallos

5. DESARROLLO:

5.1Mantenimiento Correctivo:

- Cuando desde el laboratorio de Control de Calidad se observen fallas o problemas en el equipo avisará al Gerencia Técnica para que proceda a gestionar su revisión / reparación
- En el caso de que se contrate la reparación, se deberán tomar las precauciones y recaudos para continuar con los análisis utilizando otros instrumentos de medición.

	PON-GCC-009 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN	Página
		3
		Fecha
		SEPTIEMBRE 2023

- En el caso que quede **fuera de servicio/fuera de uso** Gerencia Técnica para que lo retire y lo retenga y se decidirán las acciones retroactivas necesarias

5.2 Mantenimiento Preventivo: Algunos equipos pueden necesitar de este tipo de mantenimiento que contemple el ajuste del mismo para garantizar su buen funcionamiento. Cuando un equipo se detecta o sospecha que no está dentro de los límites del buen funcionamiento del mismo, se presentan dos alternativas:

- El equipo es ajustable: se procede a su ajuste.
- El equipo no es ajustable: se procede a su reparación.
- Registros de Mantenimiento: Gerencia de Calidad es co responsable de programar las tareas de mantenimiento junto a Gerencia Técnica según **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTOS Y CONTROL**
- Una vez analizado el ajuste o reparación, se verifica o se calibra, y se renueva su identificación

6. REFERENCIAS