

CERTIFICADO B Nº 00000000

Fecha	

ENTIDAD: LOCALIDAD:

Documentación de Referencia del Proveedor:

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIONES
OXÍGENO	Mayor o igual a 99.5% v/v O2
CO (Monóxido de Carbono)	Menor a 5 ppm
CO2 (Dióxido de Carbono)	Menor a 300 ppm
Humedad	Menor a 67 ppm
Halógenos, Ácidos, Alcalis y Sustancias Oxidantes	No detecta

OLOR: no detectable
Ensayos de identificación: positivo
El producto fue obtenido por licuefacción del aire
y cumple con especificaciones descriptas
en Farmacopea Nacional Argentina
6ta Edición de 1978.

Chofer: Cisterna:

ORIGINAL



CERTIFICADO B Nº 00000000

Fecha	

CERTIFICADO N: 00000000

ENTIDAD: LOCALIDAD:

Documentación de Referencia del Proveedor:

DETERMINACIÓN	ESPECIFICACIONES
OXÍGENO	Mayor o igual a 99.5% v/v O2
CO (Monóxido de Carbono)	Menor a 5 ppm
CO2 (Dióxido de Carbono)	Menor a 300 ppm
Humedad	Menor a 67 ppm
Halógenos, Ácidos, Alcalis y Sustancias Oxidantes	No detecta

OLOR: no detectable
Ensayos de identificación: positivo
El producto fue obtenido por licuefacción del aire
y cumple con especificaciones descriptas
en Farmacopea Nacional Argentina
6ta Edición de 1978.

Chofer: Cisterna:

