



Avedis
Productora de gases

Tecno Agro Vial S.A.
Dirección: Ruta de la Tradición 4699 - Buenos Aires
(B1839FQF) 9 DE ABRIL - E. Echeverría - Bs. As.
Telefax: 011-4693-4008 / 4009 / 5226
Email: info@avedis.com.ar

Fecha

14/11/2023

Nº 00010851

PLANILLA DE LLENADO DE TERMOS

OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINAL (VGL) 99.5%

ITEM	TERMO	LOTE	PARTIDA ORIGEN	CAP	NP	SP	Nº Análisis	O2 ≥ 99,5%	CO < 5 ppm	CO2 < 300 ppm	H2O < 67 ppm	OPERARIO
1	0452	AAAA2	32492	140		Centro Gallego	8713-1	85.08	0.40	30.92	0.50	C. Christian
2	0459	AAAA3	32492	150	X		8713-2	82.87	0.71	32.65	2.30	C. Christian
3	0564	AAAA4	32492	170		Clínica Santa Clara Talar	8713-3	82.66	0.43	32.97	2.10	C. Christian
4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Avedis <small>Productora de gases</small>	 Avedis <small>Productora de gases</small>	 Avedis <small>Productora de gases</small>
Lote: AAAA2-A	Lote: AAAA3-A	Lote: AAAA4-A
Termo: 0452	Termo: 0459	Termo: 0564
Capacidad: 140 M³	Capacidad: 150 M³	Capacidad: 170 M³
OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINAL	OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINAL	OXÍGENO LÍQUIDO MEDICINAL
Partida:	Partida:	Partida:
Llenado: 14 Nov 2023	Llenado: 14 Nov 2023	Llenado: 14 Nov 2023
Vto.: 13 Nov 2025	Vto.: 13 Nov 2025	Vto.: 13 Nov 2025
APROBADO	APROBADO	APROBADO

- Los termos pertenecientes a esta partida son estables, no presentan signos de deterioro a las válvulas corresponden únicamente a oxígeno, y se encuentran en buen estado y funcionan con normalidad.
- Se eliminaron etiquetas anteriores y rótulos en mal estado.
- Las conexiones de entrada y salida de gas no están con manchas de grasa o aceite.
- Control de presión interna durante el llenado.
- Colocación de rótulo.
- Precintos termocontraíbles a las válvulas.
- Los test de olor y de fugas dieron resultado negativo.

Se deja constancia del material impreso en esta planilla:

TERMOS VACÍOS -

TERMOS LLENOS 3

ANALISTAS:

Christian

