



Fecha

16/03/2023

FECHA: 16/03/2023 PARTIDA: 31416 CERTIFICADO N: 0000022

ENTIDAD: H Pcial Dr F Irastorza LOCALIDAD: CORRIENTES

Sr. Jefe de Farmacia:

Por medio de la presente le envío los resultados del Análisis Nº: 8608-4, cuyos valores ponderados se encuentran dentro de lo estipulado segun la normativa vigente.

DETERMINACIÓN	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES
OXÍGENO	99.92 %	Mayor o igual a 99.5% v/v O2
CO (Monóxido de Carbono)	1.57 ppm	Menor a 5 ppm
CO2 (Dióxido de Carbono)	1.87 ppm	Menor a 300 ppm
Humedad	7.70 ppm	Menor a 60 ppm
Halógenos, Ácidos, Alcalis y Sustancias Oxidantes	-	No detecta

OLOR: no detectable
Ensayos de identificación: positivo
El producto fue obtenido por licuefacción del aire
y cumple con especificaciones descriptas
en Farmacopea Nacional Argentina
6ta Edición de 1978.

Analista: Elias Grela

Chofer: Jose Romero

Fecha de Vto: 15/03/2025

TECNO AGRO VIAL Andrea F. Campos MP 15197 DT F Planta Bs.As.