



**Avedis**

30-66181642-9

Dirección: Ruta de la Tradición 4699 - Buenos Aires

Teléfono: 011-4693-0408

Email: info@avedis.com.ar

**CERTIFICADO N° 0000015**

**Fecha**

14/03/2023

**FECHA: 14/03/2023**

**PARTIDA: 31403**

**CERTIFICADO N: 0000015**

**ENTIDAD: Air Liquide**

**Sr.Jefe de Farmacia:**

Por medio de la presente le envío los resultados del Análisis N°: 8606-1 , cuyos valores ponderados se encuentran dentro de lo estipulado segun la normativa vigente.

DETERMINACIÓN	RESULTADOS	ESPECIFICACIONES
OXÍGENO	99.87 %	Mayor o igual a 99,5% v/v O2
CO (Monóxido de Carbono)	1.18 ppm	Menor a 5 ppm
CO2 (Dióxido de Carbono)	0.5 ppm	Menor a 300 ppm
Humedad	13.8 ppm	Menor a 60 ppm
Halógenos, Ácidos, Alcalis y Sustancias Oxidantes	-	No detecta

**OLOR: no detectable**

**Ensayos de identificación: positivo**

**El producto fue abtenido por licuefacción del  
y cumple con especificaciones descriptas  
en Farmacopea Nacional Argentina  
6ta Edición de 1978.**

**Analista:** Sergio Bravo

**Chofer:** Eduardo Pelozo

**Fecha de Vto:** 13/03/2025