



**AVEDIS®**  
PRODUCTORA DE GASES

TECNO AGRO VIAL S.A.

PLANTA INDUSTRIAL Y VENTAS

Ruta de la Tradición 4699 (B1839FQF) E. Echeverría - Bs. As.

Telefax: 4693-4008 Líneas Rotativas

www.avedis.com.ar e-mail: info@avedis.com.ar

IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

ORDEN DE SERVICIO TECNICO  
DOCUMENTO NO VALIDO COMO FACTURA

Nº 00001 - 00002480

FECHA 27/11/2023

C.U.I.T.Nº: 30-66181642-9  
Ingresos Brutos Nº: 30-66181642-9  
Inicio de Actividades: 01/07/94

X

Señor/es: HOSPITAL MAORE Y NIÑO

O/C

Dirección: Córdoba 1450

Loc.: FORMOSA

IVA: Resp. Insc. ☐ Resp. No Insc. ☐ No Resp. ☐ Exento ☐ C. Final ☐ Resp. Monotributo ☐ C.U.I.T.:

SUPERVISOR Según Remito nº 11-5897

TECNICO/S /OPERADOR/ES R.G./O.M.

HORAS INCURRIDAS

DESDE: 09:15 HASTA: TOTAL:

MATERIALES UTILIZADOS

Descripción del Material: Se asiste a la Sala de Maquinas Sigma 19001 por/en respuesta al llamado de emergencias.

Servicio Técnico: Se verificó el sistema de Compresores y se procede al reemplazo de una (1) válvula retención de bronce de 1/2" con daños por desgaste. Una vez realizado el cambio de la válvula el equipo queda operativo sin novedad con los siguientes parámetros de trabajo:

Compresor nº 3: arranque: 4,5 bar 8 minutos parada: 6,4 bar 3 minutos.

OBSERVACIONES DEL TECNICO

NOTA: La firma de este comprobante implica la certificación de que los trabajos realizados e inscriptos son a entera satisfacción del usuario y la recepción de una copia del presente.

ING. DIEGO COSSIO PRATO  
Equipamiento Médico  
Dirección Ingeniería  
Biomédica

FIRMA

ACLARACIÓN DE FIRMA

Imprenta: DAVIGRAF - Roberto Fomes - C.U.I.T. N°: 20-07761117-8 - Habilit. N°: Exp. 003142-F/94  
Tel/Fax: 4294-9901 - Fecha de Imp.: Julio 2021 - N° desde el: 00001-00001501 al 00001-00002500

REMITO TECNICO - Original: Blanco - Duplicado: Rosa - Triplicado: Amarillo.