

Таблица 1: Результаты измерений скорости счета от расстояния до источника в счетчике Гейгера

| l, мм | t, с  | N   | $\sigma_N$ |
|-------|-------|-----|------------|
| 10,00 | 20,1  | 333 | 18         |
| 15,00 | 20,2  | 290 | 17         |
| 16,00 | 19,7  | 255 | 16         |
| 16,50 | 20,6  | 217 | 15         |
| 17,00 | 19,9  | 160 | 13         |
| 17,50 | 19,8  | 98  | 10         |
| 17,75 | 41,7  | 99  | 10         |
| 18,00 | 101,3 | 105 | 10         |
| 18,25 | 99,9  | 83  | 9          |
| 18,50 | 100,4 | 59  | 8          |
| 18,75 | 100,3 | 57  | 8          |
| 19,00 | 105,3 | 73  | 9          |
| 20,00 | 111,8 | 55  | 7          |
| 21,00 | 100,2 | 27  | 5          |




Рис. 1

Таблица 2: Данные измерений скорости счета в зависимости от давления в осцилляционном счетчике

| P, Топр | t, с | N    |
|---------|------|------|
| 13      | 10   | 2892 |
| 33      | 10   | 2610 |
| 53      | 10   | 2236 |
| 73      | 10   | 1812 |
| 93      | 10   | 1468 |
| 113     | 10   | 1099 |
| 133     | 10   | 812  |
| 153     | 10   | 529  |
| 173     | 10   | 352  |
| 193     | 10   | 229  |
| 213     | 10   | 134  |
| 233     | 10   | 86   |
| 253     | 10   | 76   |
| 303     | 10   | 7    |
| 353     | 10   | 5    |
| 353     | 100  | 20   |
| 753     | 200  | 34   |




Рис. 2

Таблица 3: Зависимость тока от давления в ионизационной камере

| P, Торр | I, pA |
|---------|-------|
| 13      | 5     |
| 63      | 74    |
| 108     | 132   |
| 153     | 196   |
| 203     | 267   |
| 253     | 349   |
| 303     | 427   |
| 353     | 513   |
| 403     | 600   |
| 453     | 676   |
| 498     | 750   |
| 553     | 790   |
| 593     | 790   |
| 653     | 780   |
| 703     | 770   |
| 753     | 753   |




Рис. 3