

Таблица 1: Сводная таблица фотопиков

Источник	N_i	ΔN_i	E_i , МэВ	ΔE_i , МэВ	R_i
^{60}Co	1650	90	1.18	0.07	0.06
	1870	90	1.34	0.07	0.05
^{137}Cs	960	60	0.66	0.05	0.07
^{22}Na	750	60	0.50	0.05	0.08
	1790	90	1.28	0.07	0.05
^{241}Am	101	9	0.01	0.04	0.09
	149	11	0.04	0.04	0.07
^{152}Eu	117	16	0.02	0.04	0.14
	234	17	0.11	0.04	0.07
	530	40	0.33	0.04	0.08




Рис. 1: Калибровочный график $N_i = aE_i + b$

Таблица 2: Энергия края комптоновского рассеяния для разных источников

Источник	$E_{\text{пк}}(\text{МэВ})$	$\sigma_{E_{\text{пк}}}(\text{МэВ})$	$E_{\text{пк}}^{\text{theor}}(\text{МэВ})$	$\sigma_{E_{\text{пк}}}^{\text{theor}}(\text{МэВ})$	Комментарий
^{60}Co	0.92	0.07	0.97	0.07	От левого фотопика
^{137}Cs	0.44	0.05	0.47	0.05	От фотопика
^{22}Na	0.29	0.05	0.33	0.04	От аннигиляционного фотопика
	1.11	0.07	1.07	0.07	От фотопика




Рис. 2: Сравнение экспериментальных и теоретических значений максимальной энергии комптоновского рассеяния




Рис. 3: Сравнение экспериментальных и теоретических значений энергетического разрешения спектрометра




Рис. 4: Зависимость пика обратного комптоновского рассеяния от энергии фотопика