

	Стандартная операционная процедура		№ 004
	Порядок дезинфекции тонометра для снижения рисков возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		
ДЕЙСТВУЕТ с “01.01.2025г.”	Заменяет/ вводится впервые	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
Генеральный директор _____			Утвердил: /А.В. Попов /

Нормативная база:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
2. СП 3.1.3597-20 «Профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
3. Инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами. Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/700-2020-32.

Цель: минимизация рисков возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории пансионата.

Кто должен выполнять:

1. Медицинская сестра

Оснащение:

1. тонометр -1 шт;
2. салфетка спиртовая Асептика - 2 шт

Алгоритм:

1. Возьмите спиртовую салфетку;
2. Протрите спиртовой салфеткой внешние поверхности тонометра. Выдержите экспозицию 30 секунд.
3. Протрите второй спиртовой салфеткой внутренние поверхности тонометра. Выдержите экспозицию 30 секунд.
4. Повторите пункт 1-3, сохраняя экспозицию.
5. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.
6. Тонометр готов к работе.

Ознакомлен

Дата	ФИО	Должность	Подпись