

	<b>Стандартная операционная процедура</b>		№ 005
	Порядок дезинфекции фонендоскопа для снижения рисков возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19)		
ДЕЙСТВУЕТ с "01.01.2025 г."	Заменяет/ <b>вводится впервые</b>	ПРИЧИНА ПЕРЕСМОТРА:	ДАТА СЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕСМОТРА:
Генеральный директор _____			<b>Утвердил:</b> /А.В. Попов /

#### Нормативная база:

1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
2. СП 3.1.3597-20 «Профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19);
3. Инструкция по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами. Письмо Роспотребнадзора от 23.01.2020 № 02/700-2020-32.

**Цель:** минимизация рисков возникновения и распространения случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории пансионата.

#### Кто должен выполнять:

1. Медицинская сестра

#### Оснащение:

1. фонендоскоп -1 шт;
2. салфетка спиртовая Асептика - 2 шт

#### Алгоритм:

1. Возьмите спиртовую салфетку;
2. Протрите спиртовой салфеткой головку фонендоскопа. Выдержите экспозицию 30 секунд.
3. Протрите второй спиртовой салфеткой головку фонендоскопа. Выдержите экспозицию 30 секунд.
4. Дождитесь полного высыхания спирта на поверхности прибора.
5. Фонендоскоп готов к работе.

Ознакомлен

Дата	ФИО	Должность	Подпись