

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	CONCENTRATORE DI OSSIGENO
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: _____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Leggibilità delle serigrafie	
Manuale d'uso disponibile	
Integrità involucro	
Cambio filtri (PM6000 2800 ore - SIM 10000 ore - OXIMAT 5000 ore)	
Cambio batteria tampone (PM6000 5000 ore)	

CONTROLLO FUNZIONALITÀ ALLARMI

Verifica	Esito
Allarme flusso basso	
Allarme mancanza rete elettrica	

CONTROLLO LIVELLI D'OSSIGENO E FLUSSO

Flusso impostato	Flusso rilevato	Errore flusso	Conc. teorica	Conc. misurata	Errore
2.0			95		
4.0			90		
5.0			82		

PRESSIONE D'USCITA

Colonna 1	Colonna 2	Colonna 3