

Report di Verifica Funzionale

Data Verifica:

Codice Verifica: MODELLO

Dati Cliente e Destinazione

Cliente	N/D	Destinazione	N/D
---------	-----	--------------	-----

Dati Apparecchio

Tipo Apparecchio	N/D	Marca	N/D
Modello	N/D	Profilo di Verifica	DEFIBRILLATORE
Numero di Serie		Reparto	N/D
Inventario Cliente	N/D	Inventario AMS	N/D

Strumenti Utilizzati

Strumento	Matricola	Versione	Data Cal.
DATATREND PHASE 3	PH20041003	2025061100170B	11/06/2025
FLUKE QED 6	20492	056-25-0117	17/07/2025

Esito Verifica Funzionale

APPARECCHIO CONFORME

Tecnico Verificatore: N/D

Firma: _____

Verifica Funzionale

CONTROLLO VISIVO/FUNZIONALE

Verifica	Esito
Leggibilità delle serigrafie	
Manuale d'uso disponibile	
Integrità involucro	
Integrità accessori	

CONTROLLO LIVELLI SCARICA

Valore impostato (J)	Valore misurato (J)	Errore %	Errore (J)	Tempo di carica	Esito
150					

CONTROLLO FUNZIONALITÀ

Verifica	Esito	Tempo (s)
Disarmo automatico		
Allarme cavo non collegato	OK	
Allarme piastre non collegate		

CONTROLLO CONSUMABILI

Verifica	Esito	Scadenza
Elettrodi		
Batteria		